



ZP 131/20

Cieszyn, dnia 27.03.2020 r.

Otrzymują: Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa obłożeń i zestawów operacyjnych, materiałów opatrunkowych i higienicznych oraz odzieży operacyjnej” – ZP 131/20.

Zamawiający, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, tj.:

Zapytanie nr 1

Pakiet nr 79

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Zapytanie nr 2

Pakiet nr 65

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnych rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Wyjaśnienie: Nie wymaga. Zgodnie z SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi opis oferowanych produktów.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycja: 6): pieluchomajtki dla noworodków w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycja: 7): pieluchomajtki dla noworodków w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycje: 6, 7, 8): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Wyjaśnienie: Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Wyjaśnienie: Nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycje: 1,2,3,4,5): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg konieczny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanym parametrze.

Zapytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycje: 1,2,3,4,5): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza zaoferowanie produktów o proponowanych parametrach. Rozmiary pieluchomajtek zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3070g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130g.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. Rozmiar pieluchomajtek zgodny z SIWZ.

Zapytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 81, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180g w żaden sposób nie wpływa na

komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20g.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. Rozmiar pieluchomajtek zgodny z SIWZ.

Zapytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 72): piankę do oczyszczania skóry w aerozolu o pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Wyjaśnienie: Tak. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 750 op. a' 40

0 ml. Zapytanie nr 14

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby dostawy były realizowane w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.

Zapytanie nr 15

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje, że dostawca towaru dostarczy towar do „Komory przyjęć towaru” w Aptece szpitalnej lub do Zespołu magazyn (dotyczy Zadania nr 81).

Zapytanie nr 16

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyście wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Wyjaśnienie: Nie.

Zapytanie nr 17

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wyjaśnienie: Vide wyjaśnienie na Zapytanie nr 14.

Zapytanie nr 18

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Wyjaśnienie: Vide wyjaśnienie na Zapytanie nr 14.

Zapytanie nr 19Pakiet 47, poz. 1

- a) Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i zamawiający opisując serwetę ochronną „małą” miał na myśli serwetę o rozmiarze całkowitym 100 x 150cm $\pm$ 5cm i proporcjonalnym do niej rozmiarze rdzenia chłonnego 51x130 $\pm$ 3 cm?
- b) Czy w trosce o jakość wyrobu zamawiający oczekuje, że produkt będzie posiadał certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane?

Wyjaśnienie: Ad. a) – Tak doszło do omyłki. Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego w zakresie Zadania nr 47 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ad. b) – Nie. Zamawiający nie oczekuje.

Zapytanie nr 20Pakiet 48, poz. 1

- a) Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i zamawiający opisując serwetę ochronną „dużą” miał na myśli serwetę o rozmiarze całkowitym 100 x 225cm $\pm$ 5cm
- b) Czy w trosce o jakość wyrobu zamawiający oczekuje, że produkt będzie posiadał certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane?
- c) Prosimy o wydzielenie pozycji pierwszej do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości firm.

Wyjaśnienie: Ad. a) – Tak, doszło do omyłki. Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego w zakresie Zadania nr 48 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ad. b) – Nie wymaga.

Ad. c) – Zamawiający zmodyfikował opis Zadania nr 48, poprzez usunięcie pozycji 2.

Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego w zakresie Zadania nr 48 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 21Pakiet 50, poz. 1

Czy w trosce o jakość wyrobu zamawiający oczekuje, że produkt będzie posiadał certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie oczekuje.

Zapytanie nr 22Pakiet 56, poz. 1

Czy zamawiający oczekuje, że w celu odpowiedniej przyczepności narzędzi w macie o tak dużym rozmiarze będzie zatopionych przynajmniej 48 sztuk magnesów?

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje aby mata, posiadała taką ilość lub moc magnesów, pozwalającą na stabilne utrzymanie, w trakcie zbiegów w ułożeniu na boku pacjenta, kilku narzędzi o sumarycznej wadze do 350 gram.

Zapytanie nr 23Pakiet 58, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o długości S/M 115cm, L 120cm, XL 130cm, XXL 150cm, 2XXL 170cm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 24Pakiet 58, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o długości S/M 115cm, L 120cm, XL 130cm, XXL 150cm, 2XXL 170cm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 25Pakiet 58, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi elastyczną gumką.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 26Zadanie 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 10 x 10 cm?

Wyjaśnienie: Nie.

Zapytanie nr 27Zadanie 8. poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniul z folii poliuretanowej bez miejsca na opis?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 28Zadanie 8. poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniul z folii poliuretanowej bez dodatkowej podkładki?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 29Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a' 60 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 16,67 op. a' 60 szt.

Zapytanie nr 30Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a' 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 50 op. a' 30 szt.

Zapytanie nr 31Zadanie nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę otworem 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 32Zadanie nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45 x 75? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 33Zadanie nr 39

a) Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem samoprzylepnym w kształcie prostokąta w rozmiarze 9 x 15 cm?

b) Czy Zamawiający dopuści nogawice wykonane z mocnej folii?

Wyjaśnienie: Ad. a) i b) – Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 34Zadanie nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw na kończynę w rozmiarze 75 x 120 cm, bez taśmy lepnej?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuści proponowany rozmiar pod warunkiem dołączenia taśmy lepnej.

Zapytanie nr 35Zadanie nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw na kończynę w rozmiarze 33 x 110 cm z taśmami lepnymi wykonanymi z folii i warstwy kleju? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający modyfikuje Zadanie nr 45 poprzez zmianę ilości w poz. 1 i 2 oraz dodanie nowej pozycji – 2a. Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego w zakresie Zadania nr 45 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania proponowanego produktu w poz. 1, natomiast dopuszcza zaoferowanie proponowanego produktu w poz. 2a zmodyfikowanego Zadania nr 45.

Zapytanie nr 36Zadanie nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękaw na kończynę w rozmiarze 33 x 55 cm z taśmą lepną wykonaną z folii i warstwy kleju? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 37Zadanie nr 45 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9 x 50 cm o gramaturze powyżej 59 g/m² wykonaną z włókniny i warstwy kleju?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 38Zadanie nr 45 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 38 x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 39Zadanie nr 58 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch, obecnie dostarczany do szpitala, wykonany z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m², regulacja dopasowania fartucha za pomocą rzepu o dł. min. 13cm, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 120/112 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 40Zadanie nr 58 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch, obecnie dostarczany do szpitala, wykonany z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m², wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach min. 40 g/m², regulacja dopasowania fartucha za pomocą rzepu o dł. min. 13cm, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 232 (przód)/ 161 (rękaw) kPa; mokro 214 (przód)/ 153 (rękaw) kPa (strefa bardziej krytyczna). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 41Zadanie nr 58 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m², dostępny w kolorze zielonym, w rozmiarach S-XXL? Wytrzymałość na sucho ≥ 40 kPa, zgodnie z wymogami normy EN 13795.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 42Zadanie nr 58 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny w rozmiarze uniwersalnym?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 43Zadanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 25 000 op. a' 2 szt.

Zapytanie nr 44Zadanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12 x 12 cm zbudowany w następujący sposób: włókninowa warstwa ochronna, rdzeń chłonny z polietylenu, polipropylenu, celulozy i poliakrylanu sodu, warstwa rozpraszająca wysięk, warstwa kontaktowa?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu Zadania nr 83. Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego w zakresie Zadania nr 83 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 45Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych 8 warstwowych 17 nitkowych?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 46Zadanie nr 2 poz. 5-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5-10 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie wydzielił pozycji do osobnego zadania.

Zapytanie nr 47Zadanie nr 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia(WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 48Zadanie nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów wysokochłonnych składających się z warstwy rozdrobionej celulozy oraz 2 warstw włókniny i 2 warstw celulozy, pakowanych a' 1 sztuka w opakowaniach zbiorczych 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, w pozycji 1 Wykonawca zobowiązany jest wycenić 10 op. a' 100 x 1 szt., natomiast w pozycji 2 Wykonawca zobowiązany jest wycenić - 15 op. a'100 x 1 szt.

Zapytanie nr 49Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych jałowych o gramaturze 30g/m2?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 50Zadanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego, jałowego plastra opatrunkowego z włókniny z wkładem chłonnym zawierającego hypoalergiczny klej poliakrylowy?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 51Zadanie nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznego, jałowego plastra opatrunkowego z włókniny z wkładem chłonnym w rozmiarze 7cm x 5cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 52Zadanie nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku z folii PU wyposażonego w papierową ramkę i metkę do opisywania danych wklucia w rozmiarze 6cm x 7cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że oferowany opatrunek będzie zawierał podkładkę pod skrzydełko kaniuli.

Zapytanie nr 53Zadanie nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go opatrunku włókninowego, zawierającego wkład chroniący miejsce wkłucia oraz dodatkową podkładkę do umieszczenia pod skrzydłami kaniuli. Opatrunek zawiera hypoalergiczn y klej poliakrylowy.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 54Zadanie nr 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania 3 – 4 minuty, nawiniętej na tekturowy tubus?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 55Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 14 cm x 3m?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 56Zadanie nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 16 cm x 3m?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 57Zadanie nr 13 poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu podgipsowego wykonanego z włóknie syntetycznego niechłonnego poliestru?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 58Zadanie nr 14 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek dzianych o poniższych wymiarach:

- pozycja 1 – 6cm x 5m;
- pozycja 2 – 10cm x 5m;
- pozycja 3 – 14cm x 5m.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 59Zadanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej wyprodukowanej ze 100% wiskozy w formie tkaniny?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 60Zadanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 61Zadanie nr 17 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych o długości 20m w stanie rozciągniętym?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zapytanie nr 62Zadanie nr 17 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej o poniższych sposobach aplikacji:

- pozycja 1 - przedramię/ramię;

- pozycja 2 - udo/kolano;
- pozycja 3 - głowa lub tors dziecka.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 63

Zadanie nr 20 poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet posiadających na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. serię, datę ważności oraz dane identyfikujące dostawcę służące do archiwizacji danych.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 64

Zadanie nr 20 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki jałowej o wymiarach 150cm x 240cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 65

Zadanie nr 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta 75 x 80 cm
- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm z otworem 9 x 15cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej Produkt sterylizowany, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Na opakowaniu minimum 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwa identyfikująca dostawcę służące do archiwizacji.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 66

Zadanie nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

- 1 serweta podfoliowana 75x90cm (stanowiąca owinięcie zestawu)
- 1 opatrunek foliowy do zabezpieczenia wkłucia 10x12 cm w opakowaniu papierowo-foliowym
- 1 miska przezroczysta dwukomorowa
- 2 kompresy gazowe 5x5cm
- 6 kompresów gazowych 7,5x7,5cm
- 5 tupferów gazowych 30/30cm
- 1 zielona pęseta plastikowa
- 1 nożyczki typu Iris 11,5cm
- 1 pean prosty 14cm
- 1 pean typu Kelly 13cm
- 1 skalpel jednorazowy nr 11
- 1 strzykawka dwuczęściowa Luer 10ml
- 1 strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml
- 1 igła czarna 0,7 x 30mm, 22G
- 1 igła różowa 1,2 x 40mm, 18G
- 1 serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną
- 2 rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M

Na opakowaniu 2 etykiety dwukrotnie przylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności. Wyrób medyczny jednorazowy, zestaw

sterylny, pakowany indywidualnie, sterylizowany tlenkiem etylenu

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 67

Zadanie nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa na kończynę o wymiarach 30 x 120cm z dwoma mocującymi taśmami?

Wyjaśnienie: Vide wyjaśnienie na zapytanie nr 35.

Zapytanie nr 68

Zadanie nr 45 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa na kończynę o wymiarach 22 x 75cm z dwoma mocującymi taśmami?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 69

Zadanie nr 45 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9 x 50 cm o gramaturze 40g/m²?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 70

Zadanie nr 45 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni na narzędzia w rozmiarze 30 x 40cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 71

Zadanie nr 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca opatrunkowego wykonanego z porowatej folii polietylenowej w rozmiarze 2,5 x 9,15m?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 72

Zadanie nr 83

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego plastra opatrunkowego w rozmiarze 10cm x 15cm z włókniny z wkładem chłonnym z perforowanej włókniny. Kompres zawiera warstwę zewnętrzną z siateczki poliestrowej chroniącą przed przywieraniem do rany. Opakowanie papier/folia.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu Zadania nr 83. Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego w zakresie Zadania nr 83 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 73

dotyczy asortymentu jałowego

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 2017/745, a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby dostarczane wyroby były dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz aby ich transport odbywał się w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.

Ponadto Zamawiający przypomina, że w Zadaniach nr: 23-34, 36-38 w kryterium „Jakość”, będzie punktował pakowanie zestawów w wewnętrzny karton – opakowanie zbiorcze umożliwiające wyjęcie zestawu od strony bocznej kartonu.

Zapytanie nr 74

dotyczące SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści próbki niejałowe? Wykonawca chciałby zaoferować asortyment dedykowany specjalnie dla Państwa, co wiąże się z dłuższym czasem ich przygotowania.

Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 75

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nitkowej?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuści.

Zapytanie nr 76

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, w pozycji 1 Wykonawca zobowiązany jest wycenić 50 op. a'20 szt., natomiast w pozycji 2 Wykonawca zobowiązany jest wycenić - 75 op. a'20 szt.

Zapytanie nr 77

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści kompresy wykonane z włókniny wiskozowo – poliestrowej?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 78

Dot. Pakietu nr 15, poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne w rozmiarze 8 cm x 4,5 m?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanego produktu wyłącznie w poz. 1. Poz. 2 zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 79

Dot. Pakietu nr 20, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x45cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 80

Dot. Pakietu nr 20, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 75x45cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 81

Dot. Pakietu nr 35, poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu dla noworodka, zawierającego podkład chłonny o chłonności min. 1400 ml?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 82

Dot. Pakietu nr 35, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu dla noworodka, zapakowanego w torebkę papierowo-foliową?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 83

Dot. Pakietu nr 35, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka dla zestawu dla noworodka?

Wyjaśnienie: Nie wymaga.

Zapytanie nr 84

Dot. Pakietu nr 36, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia miejscowego o składzie:

1 serwetę górną 240 x 150cm, z przylepcem po stronie 240cm,

1 serwetę dolną 170cm x 180 cm, z przylepcem po stronie 170cm,

2 serwety przylepne boczne 75cm x 90 cm,

1 serwetę min.150x190 cm służącą jako zawinięcie zestawu i osłona na stół instrumentariuszki, min. gramatura 84g/m²

1 osłona na stół Mayo w kształcie worka 80x 145 cm wykonaną z mocnej folii wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze 74 g/m² i barierowości dla cieczy 123 cm H₂O

2 fartuchy chirurgiczne bez wzmocnienia L/125cm dł., gramatura 35g/m²,

1 fartuch chirurgiczny bez wzmocnienia XL/140cm dł., gramatura 35g/m²,

1 serwetę gazową 17 nitkowa, 6w, 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką,

15 kompresów gazowych 17n, 10x10cm 17n,12w z nitką RTG,

3 tufery z gazy min. 17-nitkowej 50x 50cm z nitką RTG,

3 tufery z gazy 17-nitkowej 20x20cm z nitką RTG,
 3 tufery z gazy 17-nitkowej 12x12 cm do preparowania tkanek (twarde),
 1 podstawkę przylepną na skalpel,
 1 organizator przewodów (rzepik),
 2 lizaki do mycia pola operacyjnego, dł. 14cm,
 1 osłona na rączkę lampy, posiadająca kołnierz plastikowy zakończony 16 ząbkami zabezpieczającymi przed zsunieniem oraz foliowy, przezroczysty uchwyt.
 Gramatura obłożenia 56 g/ m² z laminatu 2 warstwowego, nieprzemakalność min.250cm H₂O.
Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 85

Dot. Pakietu nr 37, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni zawierający:

1 serweta 150 x 200- 210 cm z samo uszczelniającym się otworem o średnicy 4cm z dwoma organizatorami przewodów, z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 56g/m² , barierowość na płyny 250 cm H₂O
 1 serweta min.150x 190-200 cm służąca jako zawinięcie zestawu i osłona na stolik instrumentariuszki gramatura 84g/m²
 1 osłona na stolik Mayo w kształcie worka 80x 145 cm wykonaną z mocnej folii wzmocnionej warstwą chłonną wykonaną z laminatu o gramaturze 74 g/m² i barierowości dla cieczy 123 cmH₂O,
Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.


Zapytanie nr 86

Dot. Pakietu nr 39, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z przylepcem 180x75 cm z otworem w kształcie rombu 20x10 cm - 1 szt
 Pokrowiec na nogę 120x60 cm - 2 szt
 Serweta na stół instrumentalny 190x150 cm - 1 szt
 Serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej 20x40 cm - 2
 Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gram . 43g/m² . Odporność na przenikanie cieczy 182cm H₂O. zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu,I klasa palności . Parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.
Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuści proponowany zestaw pod warunkiem, że przyklepiec będzie się znajdował również na obrzeżu otworu.

Zapytanie nr 87

Dot. Pakietu nr 40, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:



Kompresy z gazy 17n 8w 10x10 cm - 10 szt
 Serwetka z włókniny kompresowej o gram min. 50g 80x60 cm - 2 szt
 Serweta 113x 90 cm pod pośladki z kieszenią wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. 56g/m² - 1 szt
 Serweta 150x90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram 43g/m² (owinięcie zestawu)- 1 szt
 Zacisk do pępownicy 5,5 cm (biały) - 2 szt
 Nożyczki metalowe j. uż do przecięcia pępownicy 10x5 cm (znaczone kolorem) - 1 szt
 Nożyczki metalowe j. uż do epistomii 18 cm Waldmann Zgięte ostro-tępe(znaczone kolorem) - 1 szt
Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuści proponowany zestaw pod warunkiem dołożenia fartucha foliowego.

Zapytanie nr 88

Dot. Pakietu nr 41, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta do cesarskiego cięcia o gram. 56g/m² w kształcie litery T z folią chirurgiczną i workiem na płyny z zaworkiem w rozmiarze 325 cm x250 cm – 1 szt

Serweta na stół instrumentariuszki 190x150 cm – 1 szt

Serweta na stół Mayo 80x145 cm – 1 szt

Serweta gazowa 45x45 cm 17n 4 w z nitką RTG i tasiemką – 2 szt

Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gram 35g /m² z dodatkowym wzmocnieniem w części przedniej i przedramionach o gram. 40g/m² XL- 2 szt

Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gram 35g /m² L – 1 szt

Serwetki do rąk z włókniny kompresowej o gram 40g/m² 20x40 cm – 2 szt

Kompresy włókninowe 40g/m² 10x20 cm – 30 szt

Zestaw Yankauer z końcówką do odsysania pola operacyjnego bez kontroli odsysania ze standardową końcówką- 1 szt

Serwetka chłonna dla noworodka 60 x 80cm – 1 szt

Taśma samoprzylepna 50x9 cm – 1 szt

Bezpieczny, jednorazowy skalpel Nr 23- 1 szt

Jednorazowa miarka 68 - 70cm- 1 szt

Miska plastikowa- 2 szt

Zapinka do pępowiny noworodka – 1 szt

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Zapytanie nr 89

Dot. Pakietu nr 41, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści obłożenie o gram . 56 g/m² i odporności na przenikanie cieczy do 250 cm H₂O; fartuchy o gramaturze 35 g w części mniej krytycznej i 75 w części krytycznej dla fartuchów wzmocnionych i 35g dla fartuchów standard?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 90

Dot. Pakietu nr 42, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:



Kompresy włókninowe 40g/m² 4w 10x10 cm - 20 szt

Serweta 90x75 cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² - 1 szt

Pokrowiec na kończynę 120x80 cm - 2 szt

Serweta 150x90 cm laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² - 1 szt

Penseta metalowa j.uż anatomiczna 14 cm (znaczona kolorem)- 1 szt

Nożyczki metalowe 14 cm Deaver proste ostro-ostre (znaczone kolorem) - 1 szt

Kleszczyki metalowe do igły 13 cm mayo- Hegar proste (znaczone kolorem) - 1 szt

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 91

Dot. Pakietu nr 43, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw do zakładania szwów, jałowy

Skład:

Serweta z laminatu 42g/m², 45x75cm -1szt

Serweta z laminatu 42g/m², 50x60cm z przylepnym otworem 8cm -1szt

Tupfery kula 17N, 20x20cm -3szt

Kompresy włókninowe 30g/m², Roz. 7,5x7,5cm -5szt

Tupfery, kompresy włókninowe kl.2a reg 7.

Pęseta plastikowa 13cm -1szt

Pęseta metalowa chirurgiczna 12cm ju-1szt

Imadło metalowe 13cm ju -1szt

Nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm ju -1szt

Narzędzia metalowe wykonane ze stali polerowanej, spełniające wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, na powierzchni znak CE z obu stron narzędzia ,oraz znak jednorazowości (przekreślona 2) z obu stron narzędzia.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” , na opakowaniu centralna etykieta z kodem kreskowym z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 92

Dot. Pakietu nr 44, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw do usuwania szwów

Skład:

Rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt.

Pęseta **metalowa** 12,5cm – 1 szt.

Tupfer kula, z gazy 17 nitkowej 20x20cm – 6 szt. Kl 2a reg 7.

Nożyczki chirurgiczne **metalowe** odczne 11cm-1szt

Nożyczki i pęseta jednorazowego użytku, wykonane ze stali polerowanej, spełniające wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12, po obu stronach narzędzia umieszczony znak CE oraz znak jednorazowego użycia (przekreślona 2)

Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” dwukomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 93

Dot. Pakietu nr 45, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści , aby taśma lepna była pakowana osobno?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza aby w poz. 1, 2 i 2a zmodyfikowanego Zadania nr 45 taśma lepna była pakowana osobno.

Zapytanie nr 94

Dot. Pakietu nr 45, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kieszeń o rozmiarze 30 x 40 cm

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 95

Dot. Pakietu nr 81, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130-170 cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 96

Dot. Pakietu nr 81, poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach.

Zapytanie nr 97

Dot. Pakietu nr 81, poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

Wyjaśnienie: Nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach.

Zapytanie nr 98

Dot. Pakietu nr 81, poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Wyjaśnienie: Nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach.

Zapytanie nr 99

Dot. Pakietu nr 81, poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Wyjaśnienie: Nie wymaga. Zamawiający oczekuje w każdej z pozycji - 1, 2 i 3 Zadania nr 81 zaoferowania innego rozmiaru pieluchomajtek, zgodnego z SIWZ lub udzielonym niniejszym pismem dopuszczeniem.

Zapytanie nr 100

Dot. Pakietu nr 82, poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści nerkę plastikową w miejsce tekturowej?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 101

Pytania do projektu umowy:

Działając w imieniu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) Zważywszy na treść § 6 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „*nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia*”.

- b) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) i b) oraz w § 9 ust. 2 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „*kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.*”

- c) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

- d) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: „*- przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?*

Dodanie powyższego zdania w żaden sposób nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Wyjaśnienie:

Ad. a) – Z uwagi na profil działalności, którym jest świadczenie usług ochrony zdrowia i pomimo zachowania należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie określić, w jakim stopniu (procencie) założone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu cenowym ilości zostaną faktycznie zakupione. Zamawiający nie będzie kupował wyrobów, jeżeli nie będzie takiej potrzeby np. z uwagi na mniejszą liczbę procedur medycznych niż te, które stanowiły podstawę oszacowania ilości wyrobów.

Ad. b) – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanej zmiany zapisu.

Ad. c) i d) – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanych zapisów.

Zapytanie nr 102

Zadanie 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 103

Zadanie 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gazę w roli?

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 104

Zadanie 2, poz. niejałowe

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 105

Zadanie 2, poz. 5-10

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 106

Zadanie 4, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze ok. 30 g?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 107

Zadanie 4, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów papier-papier lub papier-folia, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 108

Zadanie 4, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wyroby z sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 109

Zadanie 5, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.

Zapytanie nr 110

Zadanie 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 111

Zadanie 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 112

Zadanie 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 113

Zadanie 17, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 114

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 24 pozycja 1 taśm samoprzylepnych włókninowych (zamiast z laminatu) 9 10 x 50 60 cm

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 115

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 27 pozycja 1 serwety do laparotomii o wym. 200 260cm x 340 350cm, z dwoma organizatorami przewodów, posiadająca w polu operacyjnym folię chirurgiczną antybakteryjną z aktywnym srebrem, o wymiarach 30x30 cm (zamiast 24 27 x 30 33cm)), otoczoną zbiornikiem do zbiórki płynów z folii PE

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 116

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 31, 34, 36 pozycja 1 obłożenie o gramaturze 57 125 g/ m² wykonanych z laminatu 2 warstwowego (zamiast 3 4 warstw) i odporności na przenikanie cieczy min.200cmH₂O.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 117

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 32 pozycja 1 opatrunku samoprzylepnego 9x15 cm (zamiast 9x5cm).

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 118

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 33 pozycja 1 taśm samoprzylepnych włókninowych (zamiast z laminatu) 10 cm x 50-60 cm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 119

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 29 pozycja 1 serwety zabiegowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego o gramaturze min.59-125 g/m² i nieprzemakalności min.200cm H₂O. Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 120

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 38 pozycja 1 serwety zabiegowej U-kształtnej w rozmiarze 150x190cm zamiast 150x220. Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 121

Zadanie 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a' 100mb z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 200 op. a' 100 mb.

Zapytanie nr 122

Zadanie 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kompres 17 nitkowy 8 warstwowy?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 123

Zadanie 2 poz.1

Czy Zamawiający w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie: Na Zapytanie nr 122 zostało udzielone wyjaśnienie dopuszczające. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Zapytanie nr 124

Zadanie 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30g/m²?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 125

Zadanie 4 poz. 3

Czy Zamawiający w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie: Na Zapytanie nr 124 zostało udzielone wyjaśnienie dopuszczające. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Zapytanie nr 126

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, wykonawca zobowiązany jest wycenić 10 000 op. a' 10 szt.

Zapytanie nr 127

Zadanie 8 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, w pozycji 1 Wykonawca zobowiązany jest wycenić 400 op. a'100 szt., w pozycji 2 Wykonawca zobowiązany jest wycenić - 1300 op. a'100 szt, w pozycji 3 Wykonawca zobowiązany jest wycenić - 20 op. a'100 szt,

Zapytanie nr 128

Zadanie 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 129

Zadanie 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 666,67 op. a'12 szt.

Zapytanie nr 130

Zadanie 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 1 333,33 op. a'6 szt.

Zapytanie nr 131

Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną w rozmiarze 8cm x 4m z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 2 250 szt.

Zapytanie nr 132

Zadanie 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną w rozmiarze 10 cm x 4m z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 2 250 szt.

Zapytanie nr 133

Zadanie 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'5 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza podania ceny za opakowanie a' 5 szt, natomiast dopuszcza podanie ceny za opakowanie a' 5 kg. W takim przypadku w celu umożliwienia porównania złożonych ofert Wykonawca zobowiązany jest wycenić 800 op. a' 5 kg.

Zapytanie nr 134

Zadanie 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 1800 op. a'20 szt.

Zapytanie nr 135

Zadanie 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran bez zaokrąglonych brzegów?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 136

Zadanie 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 3mmx75mm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 137

Zadanie 20 poz. 1-4,6

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m²?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 138

Zadanie 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 200x280cm, trzywarstwową (spunbond + meltblown + spunbond) z otworem w centralnej części serwety o średnicy 10cm Serweta wykonana z hydrohobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m²?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 139

Zadanie 30, 31, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 82

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 140

Zadanie 30, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny uniwersalny I zawierający:

1 serwetę przylepną górną o wymiarach 240-250x175x150cm , z taśmą lepną po stronie 240-250cm, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 25x60cm,

1 serwetę przylepną dolną o wymiarach 180cm x 180cm, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 25cm x 60cm, z taśmą lepną po stronie 150 -175cm ,

2 serwety przylepne boczne 75cm x 90-145 cm, z dodatkową warstwą chłonną o wymiarach 25cm x 60cm z taśmą lepną po stronie 90x145cm.

1 serwetę min.150x190-200 cm służącą jako zawinięcie zestawu i osłona na stół instrumentariuszki, min. gramatura 59-125g/ m²,

1 osłona na stół Mayo w kształcie worka 80x140 - 145 cm wykonaną z mocnej folii 50 g/m² wzmocnionej warstwą chłonną 30 g/m² łączna gramatura 80 g/m² i przepuszczalności 188 cm H₂O

2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione L/130cm dł. (+/-3cm), gramat. na wzmocnieniu min.73g/m²,

1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL/157cm dł. (+/-3cm), gramat. na wzmocnieniu min.73g/m²,

1 fartuch chirurg. wzmocniony XXL/150-170cm dł., gramat. na wzmocnieniu min.73g/m²,

1 kieszeń jednokomorowa przylepna z usztywnieniem na brzegu 30x40cm

2 serwety gazowe 17n, 6w, 40-46cmx40-46cm z nitką RTG i tasiemką,

5 kompresów z gazy 17n, 16w, 10x20 cm z nitką RTG,

30 kompresów z gazy , 17n, 16w, 10x10cm, z nitką RTG,

5 tupferów z gazy min. 17n, 30x40cm z nitką RTG,

5 tupferów z gazy 17n, 18-20x18-20cm z nitką RTG,

5 tupfery z gazy kule 15cm x 15cm, miękkie

1 ostrze nr 24,

1 dren do odsysania 24Ch/300cm-350cm,

1 końcówkę Yankauer standard bez regulacji ssania 21Ch,

1 pojemnik na igły magnetyczny, zamykany, z przylepcem umożliwiającym przytwierdzenie do obłożenia, 20-sto pozycyjny,

1 przylepna podstawka na skalpel,

1 kabel do diatermii chirurg. dł. min. 300 cm z nożykiem do typu aparatu ES 350,ES 400.

1 czyścik do koagulacji,

1 organizator przewodów (rzepik),

2 lizaki do mycia pola operacyjnego, dł. 19cm

1 Osłonka na uchwyt lampy chirurgicznej wykonana z wytrzymałego i lekko elastycznego materiału w kolorze zielonym, dopasowująca się do większości uchwytów, posiada kołnierz ochronny z wypustkami, średnica kołnierza 12,5cm, średnica uchwytu 3cm, głębokość uchwytu 7cm

Gramatura obłożenia na pacjenta oraz osłony stolika instrumentariuszki 59 - 100 g/ m² w części podstawowej, a w części krytycznej 125 -160 g/ m². Odporność na przenikanie cieczy obłożenia na pacjenta 197 cm H₂O w strefie krytycznej, osłony stolika instrumentariuszki 188 cm H₂O

Wszystkie serwety wykonane z laminatu 3 -5 warstwowego w części krytycznej a w części podstawowej z laminatu dwuwarstwowego."

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 141

Zadanie 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny uniwersalny II zawierający:

1 serwetę przylepną górną 240-250cm x 150-175cm, z taśmą lepłą po stronie 240-250 cm

1 serwetę przylepną dolną 180cm x 180cm, z taśmą lepłą po stronie 150-170cm

2 serwety przylepne boczne 75cm x 90-100 cm, z taśmą lepłą po stronie 90-100cm

1 serwetę min. 150x190-200 cm służącą jako zawinięcie zestawu i osłona na stół instrumentariuszki, min. gramatura 59-125g/ m²,

1 osłona na stół Mayo w kształcie worka 80x140 - 145 cm wykonaną z mocnej folii 50 g/m² wzmocnioną warstwą chłonną 30 g/m² łączna gramatura 80 g/m² i przepuszczalności min. 150-200cmH₂O

2 fartuchy chirurgiczne bez wzmocnienia L/130cm dł. (+\ -3cm), gramatura 35-45g/m²,

1 fartuch chirurgiczny bez wzmocnienia XXL/157cm, dł. (+\ -3cm), gramatura 35- 45g/m²,

1 serwetę gazową 17n, 6w 40-46cm x 40-46cm z nitką RTG i tasiemką,

15 kompresów z gazy 17n, 16w ,10x10cm z nitką RTG

3 tufery z gazy min. 17n, 30cm x 40cm

3 tufery z gazy min. 17n, 18-20x18-20cm z nitką RTG

3 tufery z gazy kule 15cm x 15cm, miękkie

1 ostrze nr 24,

1 pojemnik na igły magnetyczny, zamykany z przylepcem umożliwiającym przytwierdzenie do obłożenia, 20-sto pozycyjny,

1 podstawkę przylepną na skalpel,

1 kabel do diatermii chirurg. dł. min. 300cm, z nożykiem do aparatu typu ES 350, ES 400, dodatkowo pakowany w rękaw papierowo-foliową z datą ważności

1 czyszcik do koagulacji,

1 organizator przewodów (rzepik),

2 lizaki do dezynfekcji pola operacyjnego, dł. 18cm, 19cm

1 Osłonka na uchwyt lampy chirurgicznej wykonana z wytrzymałego i lekko elastycznego materiału w kolorze zielonym, dopasowująca się do większości uchwytów, posiada kołnierz ochronny z wypustkami, średnica kołnierza 12,5cm, średnica uchwytu 3cm, głębokość uchwytu 7cm

Gramatura obłożenia 57 - 125 g/ m² z laminatu 3-4 warstwowa i odporności na przenikanie cieczy 130cm H₂O

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 142

Zadanie 34

Czy Zamawiający dopuści zestaw do plastyki krocza zawierający:

1 serwetę do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 190-230cmx240-280cm zintegrowana z

osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x50 cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu)

1 serwetę min. 150x190-200 cm służącą jako zawinięcie zestawu i osłona na stół instrumentariuszki, min.

gramatura 59-125g/ m²,

1 osłona na stół Mayo w kształcie worka 80x140 cm wykonana z mocnej folii wzmocnioną warstwą chłonną o gramaturze min.59 g/ m² i przepuszczalności na przenikanie cieczy 188cm

H₂O

1 taśmę przylepną 9 – 10x50-60cm,

1 fartuch chirurgiczny wzmocniony L/130 dł. (+/-3cm), gramatura w części wzmocnionej min. 73g/m²,

1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL /138 cm)(+/-3cm), gramatura w części wzmocnionej min.73g/m²,

1 fartuch chirurgiczny bez wzmocnienia L/130 dł (+/-3cm), gramatura 35-45g/m²,

10 kompresów gazowe 10x20cm, 17n,12w z nitką RTG,

10 kompresów gazowe 10x10cm 17n, 12w z nitką RTG,

3 tufery gazowe, 17n, 18-20x18- 20cm z nitką RTG,

1 pojemnik na igły magnetyczny, zamykany z przylepcem umożliwiającym przytwierdzenie do obłożenia, 30-sto pozycyjny,

1 podstawkę przylepną na skalpel,

1 Osłonka na uchwyt lampy chirurgicznej wykonana z wytrzymałego i lekko elastycznego materiału w kolorze zielonym, dopasowująca się do większości uchwytów, posiada kołnierz ochronny, średnica kołnierza 12,5cm, średnica uchwytu 3cm, głębokość uchwytu 7cm)

Gramatura obłożenia - laminat 2 warstwowy, gramatura 56g/m², odporność na penetrację płynów 188cm H₂O.

Zestaw ma posiadać informację w postaci 2 naklejek samoprzylepnych do wklejenia w karcie pacjenta, zawierającą dane producenta, serię, datę ważności. nazwę zestawu lub numer katalogowy. Produkt jałowy.

Materiał obłożenia ma odpowiadać wymaganiom normy EN 13795 1-3 dla powierzchni krytycznej, Do zestawu należy dołączyć kartę techniczną gotowego wyrobu wystawioną przez producenta.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 143

Zadanie 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o minimalnej różnicy w składzie:
- Serweta kompresowa o wym. 80x60cm, wykonana z włókniny o gram. 40g/m² zamiast. 50g/m²- 2 szt.?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 144

Zadanie 36

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń miejscowych zawierający:

1 serwetę górną 240-250cm x 175-140cm, z przylepcem po stronie 240-250cm,

1 serwetę dolną 180x180cm, z przylepcem po stronie 150-170cm,

2 serwety przylepne boczne 75cm x 90-100 cm,

1 serwetę min.150x190-200 cm służącą jako zawinięcie zestawu i osłona na stół instrumentariuszki, min. gramatura 59-125g/ m²,

1 osłona na stół Mayo 80 x 140 cm, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O

2 fartuchy chirurgiczne bez wzmocnienia L/130cm dł.(+/-3cm), gramatura 35-45g/m²,

1 fartuch chirurgiczny bez wzmocnienia XL/150cm (138 cm) dł.(+/-3cm), gramatura 35-45g/m²,

1 serwetę gazową 17-20 nitkowa, 6w, 40-46cm x 40-46cm z nitką RTG i tasiemką,

15 kompresów gazowych 17n, 10x10cm 17n,12w z nitką RTG,

3 tufery z gazy min. 17-nitkowej 30x40cm z nitkąRTG,

3 tufery z gazy 17-nitkowej 18- 20x18-20cm z nitką RTG,

3 tufery z gazy 17-nitkowej 15x15 cm do preparowania tkanek (twarde),

1 podstawkę przylepną na skalpel,

1 organizator przewodów (rzepik),

2 lizaki do mycia pola operacyjnego, dł. 18cm,

1 Osłonka na uchwyt lampy chirurgicznej wykonana z wytrzymałego i lekko elastycznego materiału w kolorze zielonym, dopasowująca się do większości uchwytów, posiada kołnierz ochronny, średnica kołnierza 12,5cm, średnica uchwytu 3cm, głębokość uchwytu 7cm

Gramatura obłożenia 57 - 125 g/ m² z laminatu 3-4 warstwowa, nieprzemakalność min.250cm H₂O.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 145

Zadanie 40

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o minimalnej różnicy w składzie t.j.:

- fartuch foliowy 71 x 180cm zamiast 80 - 130 cm - 1 szt ,

- nożyce do nacięcia krocza 14,5cm - 1 szt,

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 146

Zadanie 41

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego o minimalnej różnicy w składzie t.j. :

- serweta- główna samoprzylepna 200x320 cm z otworem o wymiarach 25x30 cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz torbą do zbiórki płynów?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 147

Zadanie 43

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów:

kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm- 1 szt.,

pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki, metalowa 14,5 cm

tupfery gazowe 15x15cm - 6 szt.,

igłotrzymacz 15cm - 1 szt.,

strzykawka typu Luer 10 ml - 1 szt,

igła 1,2mmx40mm,18Gx1, zapakowana - 1 szt,

igła 0,8mmx40mm,21Gx1 zapakowana - 1 szt,

serweta włókninowa 45x75cm z centralnym otworem przylepnym 6x8 cm

serweta włókninowa nieprzylepna 1szt. 50 x 70 cm

Narzędzia metalowe posiadają trwale wygrawerowany znak jednorazowości.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuści proponowany zestaw pod warunkiem dołożenia do niego jałowych nożyczek.

Zapytanie nr 148

Zadanie 44

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdjęcia szwów:

ostrze do ściągania szwów 11 cm 1 szt,

pęseta plastikowa lub metalowa jednorazowa - 1 szt,

tupfer 20x20 -6 szt,

Wszystkie elementy łącznie spakowane, dodatkowo w zestawie 2x rękawice lateksowe bezpudrowe M

Narzędzia metalowe posiadają trwale wygrawerowany znak jednorazowości.

Zestaw ma posiadać informację w postaci 2 naklejek samoprzylepnych do wklejenia w karcie pacjenta, zawierającą dane producenta, serię, datę ważności. nazwę zestawu lub numer katalogowy. Produkt jałowy.

Materiał obłożenia ma odpowiadać wymaganiom normy EN 13795 1-3 dla powierzchni krytycznej, Do zestawu należy dołączyć kartę techniczną gotowego wyrobu wystawioną przez producenta.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 149Zadanie 45, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 250 op. po 2 szt. rękawów czy 250 szt. ?

Wyjaśnienie: Nie. Vide wyjaśnienie na Zapytanie nr 35.

Zapytanie nr 150Zadanie 45, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli 2szt rękawów 70-80 x 110-120cm bez taśmy lepnej?

Wyjaśnienie: Nie. Vide wyjaśnienie na Zapytanie nr 35.

Zapytanie nr 151Zadanie 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy pakowane osobno?

Wyjaśnienie: Tak. Vide wyjaśnienie na Zapytanie nr 35.

Zapytanie nr 152Zadanie 45, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną wykonaną z włókniny spunlace?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuści.

Zapytanie nr 153Zadanie 45, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30 x 40cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 154Zadanie 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 155Zadanie 48 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie: Nie wydzieli. Zamawiający zmodyfikował opis Zadania nr 48, poprzez usunięcie pozycji 2.

Zapytanie nr 156Zadanie 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający zmodyfikował opis Zadania nr 48, poprzez usunięcie pozycji 2.

Zapytanie nr 157Zadanie 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 150 op. a'20 szt.

Zapytanie nr 158Zadanie 52 poz. 1, 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 i 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 i 5 do osobnego zadania.

Zapytanie nr 159

Zadanie 52 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw na ramię C zawierający: osłona górnej części 100x160 – 1 szt, osłona dolnej części 80x150 – 1 szt, taśma klejąca 3 x 100 cm -2szt?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 160

Zadanie 52 poz. 6

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 4 do osobnego pakietu? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie do osobnego zadania.

Zapytanie nr 161

Zadanie 54 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o gramaturze włókniny 25g/m² i wypełnienia poliestrowego 80g/m²?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 162

Zadanie 56 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści matę magnetyczną bez etykiety samoprzylepnej do dokumentacji?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje aby mata, posiadała taką ilość lub moc magnesów, pozwalającą na stabilne utrzymanie, w trakcie zbiegów w ułożeniu na boku pacjenta, kilku narzędzi o sumarycznej wadze do 350 gram.

Zapytanie nr 163

Zadanie 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pudełko do liczenia igieł w kolorze czerwonym?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 164

Zadanie 60 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x25cm o powierzchni lepnej 20x15cm?

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 165

Zadanie 60 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 35x50cm o powierzchni lepnej 35x40cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 166

Zadanie 63 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a' 100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 170 op. a' 100 szt.

Zapytanie nr 167

Zadanie 68 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a' 12 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 16,67 op. a' 12 szt.

Zapytanie nr 168

Zadanie 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 400ml z przeliczeniem podanych ilości?

Wyjaśnienie: Tak. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 750 op. a' 400 ml.

Zapytanie nr 169

Zadanie 82

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania - jałowy, zawierający:

kompresy włókninowe, 40g 10 x 10 cm -5 szt.,

tupfery kula 20 x 20 cm -5 szt.,

pęsetę med. jednorazową -1 szt.,

miskę tekturową -1 szt.,

dodatkowo w zestawie pojemnik plastikowy 250 ml

Zestaw ma posiadać informację w postaci 2 naklejek samoprzylepnych do wklejenia w karcie pacjenta, zawierającą dane producenta, serię, datę ważności. nazwę zestawu lub numer katalogowy. Produkt jałowy.

Materiał obłożenia ma odpowiadać wymaganiom normy EN 13795 1-3 dla powierzchni krytycznej, Do zestawu należy dołączyć kartę techniczną gotowego wyrobu wystawioną przez producenta.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 170

Zadanie 83 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku z wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem O?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu Zadania nr 83. Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego w zakresie zadania nr 83 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 171

Dotyczy zał. Nr 4- Umowa

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanych zapisów.

Zapytanie nr 172

Dotyczy zał. Nr 4- Umowa § 6 pkt. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w przypadku wystąpienia okoliczności traktowanych jako Siła Wyższa.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanego zapisu.

Zapytanie nr 173

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **Zadaniu 38 pozycja 1** serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego o gramaturze min.59-125 g/m² i nieprzemakalności min.200cm H₂O. Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 174

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy wymaga aby zestaw do cięcia cesarskiego (**Zadanie nr 41**) był dodatkowo wyposażony w fartuchy operacyjne, jeżeli tak to prosimy o podanie specyfikacji i ilości.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 175

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy wymaga aby zestaw do cięcia cesarskiego (**Zadanie nr 41**) był dodatkowo wyposażony w metr do pomiaru noworodka.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 176

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy wymaga aby serweta do cięcia cesarskiego była wyposażona w folie antybakteryjną, która dodatkowo zabezpiecza miejsce zabiegowe a w przypadku pilnych „otwarć” stanowi duże ułatwienie i możliwość natychmiastowego wykonania zabiegu. (**Zadanie nr 41**).

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 177

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jakiego zestawu Yankauer wymaga w zestawie co cicia cesarskiego (**Zadanie nr 41**). Proszę o podanie specyfikacji samego ssaka oraz drenu.

Wyjaśnienie: Zamawiający ma na myśli końcówkę Yankauer standard (bez regulacji ssania) 25ch do odsysania pola operacyjnego z drenem dł.300-350cm, 25ch.

Zapytanie nr 178

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 65 pozycja 1-3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również materiał hemostatyczny wykonany ze 100% oksydowanej regenerowanej celulozy, luźno dziana siatka wspomagająca adhezję i agregację płytek krwi w celu zatrzymania krwawienia, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania. Czas wchłaniania: 7-14 dni. Hemostaza osiągnięta w czasie 2-8 minut?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 179

Czy Zamawiający w Pakiecie 68 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również воск kostny składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu, połączonych w porcjach 72,45%-15,05%-12,50%?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 180

Czy Zamawiający w Pakiecie 79 pozycja 1-2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również Wchłanianą gąbkę żelatynową z żelatyny wieprzowej, tworzącą matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi. Czas wchłaniania: 4-6 tygodni. Hemostaza osiągnięta w czasie 2-8 minut. Nie krusząca się plastyczna gąbka o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalna w wodzie?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 181

Dotyczy Zadania Nr 35, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów wyposażonych w min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 182

Dotyczy Zadania Nr 42, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów z serwetą na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 100x150cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 183

Dotyczy Zadania Nr 43, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów z serwetą w rozmiarze 50x75cm z otworem 6x8cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 184

Dotyczy Zadania Nr 82, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów z kompresami z włókny 30g?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 185

Dotyczy Zadania Nr 82, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej zestawów z wyposażonych w plastikową miskę?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 186

Dotyczy Zadania nr 65 poz. 3- Czy zamawiający wydzieli pozycje nr 3 i utworzy z niej oddzielne zadanie.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 do osobnego zadania.

Zapytanie nr 187

Pytania do umowy – Czy zamawiający doda do umowy poniższy zapis:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanego zapisu.

Zapytanie nr 188**ZADANIE NR 2**

- a) **Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej, niewyjałowione?
- b) **Poz. nr 1-4** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE)

nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasyfikacji na klasę I regulę 4?

Wyjaśnienie: Ad. a) i b) – Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 189

ZADANIE NR 3

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanych kompresów sklasyfikowanych w klasie I sterylnej ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 190

ZADANIE NR 5

a) **Poz. nr 1-2** – Czy Zamawiający oczekuje aby opakowanie jednostkowe zaoferowanych wyrobów wyposażone były w etykietę samoprzylepną posiadającą informację identyfikującą produkt w szczególności: opis produktu, nr katalogowy, datę ważności, nr serii oraz ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym?

b) **Poz. nr 2** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowej serwety operacyjnej spełniającej wymagania SIWZ poddanej praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego?

Wyjaśnienie: Ad. a) – Tak, Zamawiający oczekuje.

Ad b) – Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Zapytanie nr 191

ZADANIE NR 7

Poz. nr 1-7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów z centralnym opatrunkiem włókninowym, pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 192

ZADANIE NR 13

a) **Poz. nr 1-2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych pakowanych w opakowanie a' 2 szt.?

b) **Poz. nr 1-2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych, w których gaza nośna nawinięta jest na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?

c) **Poz. nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o szerokości 14 cm?

d) **Poz. nr 1-2** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych, które charakteryzują się czasem zanurzenia (aktywacji) w czasie min. 5 sekund?

Informacja potwierdzona kartą danych technicznych wyrobu wydaną przez producenta.

Wyjaśnienie:

Ad. a) – Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, w pozycji 1 Wykonawca zobowiązany jest wycenić 7 500 op. a' 2 szt., natomiast w pozycji 2 Wykonawca zobowiązany jest wycenić - 6 000 op. a' 2 szt.

Ad. b) – Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. c) i d) – Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 193

ZADANIE NR 15

a) **Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski kohezyjnej, jednowarstwowej, wykonanej z 43% wiskozy, 37% bawełny, 20% poliamidu, samoprzylepnej, elastycznej, bezlateksowej w rozmiarze 8 cm x 4 m?

b) **Poz. nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski kohezyjnej, jednowarstwowej, wykonanej z 43% wiskozy, 37% bawełny, 20% poliamidu, samoprzylepnej, elastycznej, bezlateksowej w rozmiarze 10 cm x 4 m?

Wyjaśnienie: Ad. a) i b) - Tak, Zamawiający dopuszcza. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert, w pozycji 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest wycenić po 2 250 szt.

Zapytanie nr 194

ZADANIE NR 20

- a) **Poz. nr 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 150 cm x 240 cm?
- b) **Poz. nr 6** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 175 cm x 200 cm?

Wyjaśnienie: Ad. a) – Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. b) – Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 195

ZADANIE NR 21

- a) **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do wklucia centralnego w następującym zestawie:
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
 - 1 x samoprzylepna serweta operacyjna z otworem decentralnym (10 x 10 cm) 200 x 240 cm
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- b) **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do wklucia centralnego w następującym zestawie:
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
 - 1 x samoprzylepna serweta operacyjna z otworem decentralnym (ø10 cm) 170 x 250 cm
 - 1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Ad. a) – Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. b) – Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 196

ZADANIE NR 39

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii w którego składzie znajdują się:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 100 cm
 - 1 x przylepna serweta z otworem w kształcie prostokąta (7x10cm) 100 x 200 cm
 - 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
 - 2 x osłony na kończynę długie 75 x 120 cm
 - 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 197

ZADANIE NR 41

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia krocza o następującym składzie:

- 1 x serweta do cesarskiego cięcia dwuwarstwowa 250/200 x 320 cm, otwór wypełniony folia o wymiarach 29 x 19 cm, otoczony workiem do zbiórki płynów z folii PE bez zaworu.
 - 2 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm z trokiem
 - 25 x kompres z gazy ES 10 x 20 cm
 - 1 x miska dwukomorowa
 - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
 - 1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm, końcówka Yankauer 30/10,00 CH/mm
 - 1 x serweta dla noworodka 90 x 100 cm
 - 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 150 x 190 cm
 - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
 - 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
 - 1 x skalpel bezpieczny nr 24 z trzonkiem
 - 1 x zacisk do pępowiny
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że Zadanie nr 41 dotyczy obłożenia do cięcia cesarskiego. Jeżeli pytający miał na myśli obłożenie do cięcia cesarskiego to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o proponowanym składzie. Natomiast jeżeli miał na myśli Zestaw do

szycia krocza (Zadanie nr 42), to Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania proponowanego zestawu.

Zapytanie nr 198

ZADANIE NR 42

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia krocza o następującym składzie:

- 10 x kompres z gazy bawełnianej 10 x 10 cm
- 1 x miseczka plastikowa 250 ml, z miarką
- 1 x nożyczki metalowe ostro/tępe 13 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 14 cm
- 1 x igłotrzymacz 20 cm
- 1 x kleszczki plastikowe typu Pozzi (kulociąg) 26 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm
- 1 x serweta włókninowa, barierowa 75 x 90 cm

Zestaw zapakowany w tackę typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 199

ZADANIE NR 43

Poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowany zestaw do zakładania szwów zapakowany był w opakowanie twarde typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie nr 200

ZADANIE NR 44

a) **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdęcia szwów o następującym składzie:

- 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 1 x pęseta anatomiczna typu Adson metalowa 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

b) **Poz. nr 1** – czy Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowany zestaw do zakładania szwów zapakowany był w opakowanie twarde typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Wyjaśnienie: Ad. a) – Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. b) – Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 201

ZADANIE NR 46

a) **Poz. nr 1** – czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana serweta na stół Mayo składana była teleskopowo?

b) **Poz. nr 1** – czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana serweta na stół Mayo posiadała wzmocnienie na całej długości wyrobu?

Wyjaśnienie: Ad. a) – Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad. b) – Zamawiający nie wymaga.

Zapytanie nr 202

ZADANIE NR 55

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku pod tracheostomię, sterylne, półprzepuszczalnego, chłonnego w rozmiarze 8 cm x 8 cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 203

ZADANIE NR 59


- a) **Poz. nr 1** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy operacyjnej z krótkim rękawem jednorazowego użytku z włókniny bawełnopodobnej typu spunbond w kolorze niebieskim o gramaturze 44 g/m² zawierającej 100% polipropylenu, posiadającą 3 duże kieszenie zgodnie z SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 42,2 N oraz o korzystniejszych parametrach czystości pod względem cząsteczek stałych, wytrzymałości na wypychanie na sucho oraz niższym pyleniu materiału (niż w podanym opisie), pod szyją wycięcie w kształcie V wykończone lamówką (zgodnie ilustracjami poniżej), krótkie rękawy oraz dół bluzy bez obszycia, pakowana w wygodne dyspensery posiadające wszystkie wymagane informacje (przedstawione na zdjęciu poniżej)?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



- b) **Poz. nr 2** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania spodni operacyjnych jednorazowego użytku z włókniny bawełnopodobnej typu spunbond w kolorze niebieskim o gramaturze 44 g/m² zawierającej 100% polipropylenu, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 42,2 N oraz o korzystniejszych parametrach czystości pod względem cząsteczek stałych, wytrzymałości na wypychanie na sucho oraz niższym pyleniu materiału (niż w podanym opisie), wyposażonych w dwie praktyczne kieszenie boczne bez zapinania na nap (zgodnie ilustracjami poniżej), pakowanych w wygodne dyspensery posiadające wszystkie wymagane informacje (przedstawione na zdjęciu poniżej)?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



- c) **Poz. nr 3** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy z długim rękawem jednorazowego użytku z włókniny bawełnopodobnej typu spunbond w kolorze niebieskim o gramaturze 44 g/m² zawierającej 100% polipropylenu, posiadającą 2 duże kieszenie zgodnie z SIWZ, zapinana na białe napy, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 42,2 N oraz o korzystniejszych parametrach czystości pod

względem cząsteczek stałych, wytrzymałości na wypychanie na sucho oraz niższym pyleniu materiału (niż w podanym opisie), pod szyją stójka (zgodnie ilustracjami poniżej), długie rękawy zakończone elastycznymi białymi mankietami, dół bluzy bez obszycia, pakowana w wygodne dyspensery posiadające wszystkie wymagane informacje (przedstawione na zdjęciu poniżej), dostępnego w rozmiarach M i L?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



Wyjaśnienie: Ad. a)- c) – Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 204

ZADANIE NR 67

Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane opatrunki przeciw-drobnoustrojowe ze srebrem impregnowane były maścią ze srebrem metalicznym która zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie włącznie ze szczepami MRSA?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wymaga.

Zapytanie nr 205

ZADANIE NR 70

Poz. nr 2-3 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunku jałowego do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 72 godziny?

Nasze pytanie wynika z faktu, iż właśnie taki opatrunek jest obecnie do Państwa dostarczany.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający oczekuje.

Zapytanie nr 206

ZADANIE NR 78

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania organizatora przewodów w rozmiarze 23 x 2 cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 207

PROJEKT UMOWY / Załącznik nr 4

- a) **§ 9** – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
- b) **§ 11** – Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy w § 11 regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Wyjaśnienie: Ad. a) i b) – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanych zapisów.

Ponadto Zamawiający informuje że dokonał modyfikacji opisu Zadania nr 35. Nowe brzmienie Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza cenowego, w zakresie Zadania nr 35, w załączeniu do niniejszego pisma.

Jeżeli Zamawiający niniejszymi wyjaśnieniami dokonał dopuszczenia, to Wykonawca zobowiązany jest w ofercie w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym w „Opisie asortymentu” w jednoznaczny sposób wskazać że zaoferowany wyrób został dopuszczony – podając dopuszczony parametr lub wskazać którymi wyjaśnieniami na jaki numer zapytania został dopuszczony

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonanyimi modyfikacjami, Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wprowadzenie zmian w przygotowywanych ofertach, przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

- Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10:00.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 11:00.
- Wadium w wymaganej kwocie, należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10:00.

Udzielone niniejszym pismem wyjaśnienia i informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszanowie
Czesław Płygawko

Załączniki:

Zmodyfikowany formularz cenowy w zakresie Zadania nr: 35, 45, 47, 48 i 83



Zadanie nr 35

Lp	Opis asortymentu	Opis	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent	Parametr dodatkowe (punktowane)
1	Zestaw dla noworodka zawierający: - Kocyk flanelowy o wym. 160x75 cm (+/- 2 %) - 1 szt. - Serwetka kompresowa o wym. 80x60cm, wykonana z włókna o gram. min. 50g/m ² - 2 szt. - Podkład chłonny o wym. 60x60 cm, o chłonności wg ISO 11948 lub normy równoważnej - 1 szt. - Czopczka dla noworodka, 100% bawełna, rozmi. 38 - 1 szt. - Cienymetr do pomiaru noworodka. Opakowanie zestawu papierowo-foliowe.	Zestaw ma posiadać 4 naklejki do dokumentacji: Produktu jadowy. Na opakowaniu zestawu etykieta zawierająca dane z nazwą zestawu i jego skład.	op.	1 000						

Zadanie nr 45

Lp	Opis asortymentu	Rozmiar	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1	Rękaw na kończynę,	70-80cm x 110-120cm x 2 szt.	op.	50					
2	material obłożenia dwuwarstwowy (polipropylen/polietylen), z taśmą lepną z laminatu dwu warstwowego w kolorze niebieskim lub zielonym,	30-40cm x 55-80 cm	szt.	300					
2a		30-40 cm x 110-120 cm	szt.	400					
3	Taśma samoprzylepna wykonana z laminatu dwuwarstwowego w kolorze niebieskim lub zielonym, o gramaturze min. 59 g /m2	50-60cm x 9-10cm	szt.	1 200					
4	Kieszon na narzędzia jednostronowa, wykonana z przezroczystego polietylenu (folii PE). Kieszon posiadająca warstwę kleju szerokości 4 - 6 cm, po stronie szerszej, umożliwiającą zamocowanie kieszon w dowolnym miejscu obłożenia.	33- 35cm x 35-38cm	szt.	1 000					
RAZEM:									

Zadanie nr 47

Lp	Opis asortymentu	Rozmiar	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1	Serweta ochronna na stół operacyjny "mała" , przeciwolezywna, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyc, samo wygładzająca się, zapobiegająca przesuszaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia, wykonana z włókny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuszaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm2 - gramatura podstawowa: 295 g/m2 - rdzeń chłonny o długości co najmniej: 51x130 +/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %	100 x 150cm ±5cm	szt.	1 500					

Zadanie nr 48

Lp	Opis asortymentu	Rozmiar	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1	Serweta ochronna na stół operacyjny "duża" , przeciwolezywna, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyc, samo wygładzająca się, zapobiegająca przesuszaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia, wykonana z włókny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuszaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: - chłonność min. 35ml/100cm2 - gramatura podstawowa: 295 g/m2 - rdzeń chłonny o długości co najmniej: 51x205 +/-5 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. - odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %	100 x 225cm ±5cm	szt.	1 000					

FORMULARZ CENOWY

po modyfikacji

Zadanie nr 83

Lp	Opis asortymentu	Opis	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy, producent
1	Opatrunek z przecięciem i otworem O ₂ do zabezpieczenia drenów, opatrunek posiada tylnie zabezpieczenie z papieru silikonowego.	12 cm x 14 cm	szt.	7000					