



Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
Szpital Śląski w Cieszynie

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
centrala tel. 33 854 92 00
sekretariat tel./fax 33 852 12 24
e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl

SPECYFIKACJA

Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia o nazwie:

„Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych”

ZP 982/20

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie

Czesław Płygawko

.....
Zatwierdzam

SPECYFIKACJA
Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej „SIWZ”)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 214 000 Euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
NIP: 548-20-01-181
KRS: 0000143545
tel. 0 33 854 92 00
telefaks 0 33 854 92 52
e-mail: sekretariat@szpitalslaski.pl
e-mail Zamówienia Publiczne: zampubl@szpitalslaski.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalslaski.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek wraz z materacami oraz szafek przyłóżkowych do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, zwanych dalej „sprzętem”.
2. Zamówienie podzielone jest na 4 części – zadania, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
 - Zadanie nr 1 – Dostawa wózków transportowo-zabiegowych
 - Zadanie nr 2 – Dostawa łóżek intensywnego nadzoru
 - Zadanie nr 3 – Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych oraz szafek przyłóżkowych
 - Zadanie nr 4 – Dostawa łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów Stacji Dializ
3. Szczegółowy opis wymagań, które oferowany sprzęt musi spełniać, zawarto w Formularzu parametrów technicznych stanowiących:
 - Załącznik nr 2_1 do SIWZ – Zadanie nr 1,
 - Załącznik nr 2_2 do SIWZ – Zadanie nr 2,
 - Załącznik nr 2_3 do SIWZ – Zadanie nr 3,
 - Załącznik nr 2_4 do SIWZ – Zadanie nr 4.
4. Zamówienie w zakresie Zadania nr 1, 2 i 3 realizowane jest w ramach projektu pt. „Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej, testy i materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2”. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty mogą być składane na jedno lub więcej zadań. Zamawiający wybierze Wykonawcę dla każdej części oddzielnie.
6. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) dostarczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do ZZOZ w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. sprzętu. Zaoferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 186) i być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny,
 - b) montażu i rozmieszczenia sprzętu,
 - c) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej,
 - d) udzielenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z zaoferowanym w ofercie okresem gwarancji, wynoszącym minimum 24 miesiące, licząc od dnia przekazania sprzętu do eksploatacji. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca gwarantuje nieodpłatną obsługę serwisową, polegającą na naprawie sprzętu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu do 48 godzin w dni robocze. Usunięcie zgłoszonej awarii w terminie do 72 godzin, licząc od momentu podjęcia naprawy (reakcji serwisu). W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w wyżej określonym terminie, przez cały okres trwania naprawy Wykonawca zapewnia w pełni sprawny sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach. Każdorazowa interwencja serwisu musi być zakończona spisaniem stosownego protokołu,
Oferowany okres gwarancji jest punktowany elementem oceny ofert. Opis kryterium oceny ofert zawarto w pkt XIV. SIWZ – Opis kryteriów oceny ofert.
 - e) dostarczenia dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – kart gwarancyjnych sprzętu,
 - f) przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
7. Wspólny słownik zamówień (CPV):
 33.19.20.00-2 – Meble medyczne
 33.19.21.00-3 – Łóżka do użytku medycznego
 39.14.31.12-4 – Materace
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródła, a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych parametrów lub lepszych (nie gorszych, minimalnych). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego.
9. Termin płatności - 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej zapłaty niż 60 dni w przypadku, gdy będzie to uzasadnione płatnościami otrzymywanymi na finansowanie zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1. pkt. 7) ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający zastosuje kwalifikację odwróconą, o której mowa w art. 24aa. ust. 1. ustawy Pzp.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Maksymalny okres realizacji zamówienia dla Zadania nr 1-3 wynosi: **42 dni od dnia zawarcia umowy.**

Oferowany okres realizacji zamówienia jest punktowany elementem oceny ofert. Opis kryterium oceny ofert zawarto w pkt XIV. SIWZ – Opis kryteriów oceny ofert.

2. Okres realizacji zamówienia dla Zadania nr 4 wynosi: **do 56 dni od dnia zawarcia umowy.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 1. ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - *Kodeks karny* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 25 czerwca 2010 r. *o sporcie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - *Kodeks karny*,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. *o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2012 poz. 769);
 - 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt IV. 3. 2) SIWZ;
 - 4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 - 9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. *o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary* (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
 - 11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
- 1) w przypadkach, o których mowa w pkt IV.3.2) a)–c) i IV.3.3) SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt IV.3.2)a)–c) SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w pkt IV.3.2)d) i IV.3.3) SIWZ, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt IV.3.2)d) SIWZ,
 - b) w pkt IV.3.4) SIWZ,
 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w pkt IV.3.7) i IV.3.9) SIWZ jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w pkt IV.3.10) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w pkt IV.3.11) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 13) i 14) oraz 16)–20) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt IV. 5. SIWZ.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt 19) ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, A TAKŻE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”) - zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (wzór oświadczenia JEDZ stanowi **Załącznik nr 3** do SIWZ – wypełnić tylko pola niewykreślone). Wykonawca może dokonać elektronicznego wypełnienia JEDZ korzystając z narzędzi serwisu ESPD udostępnionego przez UZP link: <http://espd.uzp.gov.pl> po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą”. Wykonawca ma możliwość:

- zaimportowania utworzonego przez Zamawiającego formularza JEDZ w wersji „xml”, stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ,
- połączenia dwóch formularzy, tj. formularza przygotowanego przez Zamawiającego dla danego postępowania oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym postępowaniu,
- stworzenia nowego formularza (opcja Create response).

Wstępnie przygotowany przez Zamawiającego formularz JEDZ (**Załącznik nr 3a** do SIWZ) zawiera tylko pola wskazane przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisanie ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.

JEDZ przygotowany według wyżej wymienionych wytycznych, w formacie danych: .pdf; .doc; .docx;.rtf; .odt; .xml, należy **opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym** i przesłać wraz z ofertą w sposób wskazany w pkt X.7. SIWZ.

W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile zostały określone) oraz brak podstaw wykluczenia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu **oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.szpitalslaski.pl/index.php/2015-03-11-15-18-18/zamowienia-publiczne>

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, **na wezwanie Zamawiającego**, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, złoży aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty i oświadczenia:

• **w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:**

- a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie V.3. a)-c) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

• **w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:**

- d) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowany sprzęt:
 - jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz posiada lub/ i jest zgodny z określonymi w opisie zamówienia atestami, certyfikatami i normami,
- e) opisy zaoferowanego sprzętu, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego (np. karta katalogowa, opisy, itd.),
- f) certyfikaty CE i deklaracje zgodności dla oferowanego sprzętu.

W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie V.3. d)-f) SIWZ, składają łącznie.

Wykonawca zamiast przedkładania wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt V.3. a)-c) może wskazać Zamawiającemu, że żądane dokumenty i oświadczenia:

- są dostępne w formie elektronicznej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi lub w bezpłatnych bazach danych,
- znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania, o ile są aktualne (wskazując sygnaturę postępowania).

Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt V.3. a)-c), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 t.j. z późn. zm.).

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt V.3.a) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt V.4. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt V.4. SIWZ, to zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt V. 3.a) SIWZ, składa dokumenty, o których mowa w pkt V.4. SIWZ, a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, w przypadku, gdy w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 26. ust. 2f. ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców na każdym etapie postępowania, do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, lub jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania będzie dokonana przez

sprawdzenie właściwości, kompletności, ważności i aktualności wymaganych dokumentów i oświadczeń (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, W TYM JEDZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej: zampubl@szpitalslaski.pl
Instrukcja korzystania z miniPortalu oraz filmy instruktażowe znajdują się pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx>
2. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Sylwia Błażek, Adam Ślęczka, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ – 14³⁰ - tel. 33 854 92 52 lub e-mail: zampubl@szpitalslaski.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do **formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na ePUAP, w elektronicznej skrzynce podawczej Zamawiającego.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert):

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).**
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zampubl@szpitalslaski.pl.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zampubl@szpitalslaski.pl

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.).

11. Dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Każdy z Wykonawców ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ i uzyskanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zamówienia. Treść wyjaśnień Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na własnej stronie internetowej www.szpitalslaski.pl.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 1. pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przesunięcie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu do składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeżeli wprowadzone do SIWZ zmiany są istotne i niosą za sobą zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający postąpi zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 2 ustawy Pzp. O ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na własnej stronie internetowej.

VIII. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wadium na poszczególne zadania w następujących kwotach:

Zadanie nr	Kwota wadium
Zadanie nr 1	2 400,00 zł
Zadanie nr 2	5 500,00 zł
Zadanie nr 3	4 400,00 zł
Zadanie nr 4	700,00 zł

należy wnieść w terminie wyznaczonym do składania ofert, w jednej lub w kilku z następujących form:

- a) w pieniądzu,
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) w gwarancjach bankowych,
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 tekst jednolity).

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przebrane na rachunek Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A., nr konta 16 1050 1070 1000 0090 3070 9233.

W tytule przelewu należy wpisać – „**Wadium – ZP 982/20**”.

Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku.

Wadium w formie innej niż pieniądzu, powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. w **oryginale dokumentu wadialnego**, przy czym dokument wystawiony w **postaci elektronicznej**, należy złożyć jako załącznik w sposób określony w pkt VI.8. SIWZ – z dopiskiem „**Wadium – ZP 982/20**” lub wraz z ofertą, a dokument wystawiony w **formie pisemnej**, należy zdeponować w kopercie opisanej „**Wadium – ZP 982/20**”, w Pokoju nr 9 w Budynku H -Administracja/Dyrekcja.

2. W przypadku wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane Gwaranta/Poręczyciela oraz Zamawiającego jako beneficjenta, być wykonalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mieć charakter nieodwoływalny oraz terminowy t.j. minimum na okres związania ofertą. Ponadto powinny zawierać zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej odpowiadającej kwocie wadium na żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż osoba, za którą Gwarant/Poręczyciel udzielił gwarancji/poręczenia nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 4a lub ust. 5. ustawy Pzp, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) oraz w przypadku, gdy wadium zostanie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjantów) lub z treści poręczenia lub gwarancji musi wynikać, że obejmują one wszystkich członków konsorcjum.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) wypełniony **Formularz ofertowy** stanowiący **Załącznik nr 1** do SIWZ,
 - 2) wypełniony **Formularz cenowy** stanowiący **Załącznik nr 2** do SIWZ,
 - 3) wypełniony **Formularz parametrów technicznych** stanowiący **Załącznik nr 2_1 do 2_4** do SIWZ,
 - 4) dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli (np. KRS, CEiDG),
 - 5) **upoważnienie/pelnomocnictwo** do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4),
 - 6) inne dokumenty i oświadczenia Wykonawcy (np. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, potwierdzające reprezentację Wykonawcy i innych podmiotów, itp.)

Do oferty należy dołączyć **JEDZ** w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w formularzu ofertowym (pkt 9) wykreślić sformułowanie „*bez udziału podwykonawców*”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wykreślić sformułowanie „*z udziałem podwykonawcy/ów zgodnie z poniższym zestawieniem*”.
Jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnego z sformułowań lub wykreśli oba, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.
5. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
6. Oferta uwzględniająca wszelkie wymagania niniejszej SIWZ powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem **postaci elektronicznej** w formacie danych: .pdf; .doc; .docx; .xls; .xlsx; .rtf; .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszycrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszycrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dokumentacji niniejszego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „**Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa**” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Jeżeli Wykonawca dokonał takiego zastrzeżenia, to zobowiązany jest w ofercie wykazać, iż dokonane zastrzeżenie nosi znamiona tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca niełoży wyjaśnień odnośnie dokonanego zastrzeżenia treści oferty, to Zamawiający zastrzeżone informacje ujawni.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. Termin składania ofert upływa dnia **06.08.2020 r., godz. 10:00.**
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.08.2020 r.** o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyń – Pokój nr 9 w Budynku H – Administracja/Dyrekcja.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Publiczne otwarcie ofert.
 - a) Przedstawienie składu komisji przetargowej.
 - b) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - c) Informacja o liczbie ofert złożonych do czasu upływu terminu składania ofert.
 - d) Otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości:
 - daty i godziny złożenia oferty, nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, który złożył ofertę,
 - cen ofertowych, - terminu wykonania zamówienia,
 - oferowanych okresów gwarancji,
 - warunków płatności.

Informacje, o których mowa w pkt b) i d) Zamawiający niezwłocznie zamieści na własnej stronie internetowej.

XII. POSTĘPOWANIE ZE ZŁOŻONYMI OFERTAMI.

1. Zamawiający zastosuje „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24aa. ust. 1. ustawy Pzp. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert w oparciu o podane w pkt XIV. kryterium oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielania dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty. Wszelkie, żądane przez komisję wyjaśnienia

powinny być udzielane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt VI. SIWZ – Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 - oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą Pzp,
 - 2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3) ustawy Pzp,
 - 7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli wniesienie wadium było żądane,
 - 7c) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ.

1. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ i obowiązującego prawa, a także wszelkie nakłady i prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
2. Kalkulacji ceny ofertowej należy dokonać na **Formularzu cenowym - Załączniku nr 2** do SIWZ. Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto, wartość netto/brutto pozycji i razem oraz stawki VAT. Całkowitą wartość netto/brutto zadania stanowi suma wartości netto/brutto wszystkich pozycji w danym zadaniu. Następnie dokonane w formularzu cenowym wyliczenie wartości netto/brutto, należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznika nr 1 do SIWZ, uzupełniając słownym zapisem cen. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W przypadku oferty, której wybór będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do zawarcia takiej informacji oraz do wskazania wyłącznie cen/wartości netto. Zamawiający w celu oceny takie oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.

XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.

1. Ocenie ofert zostaną poddane wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w **Zadaniu nr 1-3** Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

Cena „C”	– 60,00 %
Oferowany okres gwarancji „G”	– 10,00 %
Oferowany okres realizacji zamówienia „S”	– 30,00 %

Algorytmy dla ocenianych kryteriów:

Cena

waga kryterium	- 60 %
maksymalna punktacja	- 60 punktów

Pod pojęciem „cena” Zamawiający rozumie cenę brutto zamówienia, w rozumieniu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 178).

Ocena kryterium liczona wg wzoru: $C = (Y/X) \times MP$

gdzie:

C – uzyskana liczba punktów w kryterium „Cena”

Y – najniższa proponowana cena

X – cena badanej oferty

MP – maksymalna punktacja

Oferowany okres gwarancji

waga kryterium	- 10 %
maksymalna punktacja	- 10 punktów

O ilości punktów przyznanych ofercie w kryterium „Oferowany okres gwarancji” decydować będzie zaoferowany okres gwarancji na sprzęt.

Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące to Zamawiający ofertę odrzuci. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie do wyliczenia liczby punktów w tym kryterium 60 miesięczny okres gwarancji.

Ocena kryterium liczona wg wzoru: $G = (M/N) \times MP$

gdzie:

G – uzyskana przez ofertę liczba punktów w kryterium „Oferowany okres gwarancji”

M – zaoferowany w badanej ofercie okres gwarancji

N – najdłuższy zaoferowany spośród złożonych i nieodrzuconych ofert okres gwarancji

MP – maksymalna punktacja

Oferowany okres realizacji zamówienia

waga kryterium	- 30 %
maksymalna punktacja	- 30 punktów

O ilości punktów przyznanych ofercie w kryterium „Oferowany okres realizacji zamówienia” decydować będzie zaoferowany okres realizacji zamówienia, licząc od momentu zawarcia umowy do protokolarnego przekazania sprzętu.

Oferowany okres realizacji zamówienia należy podać w pełnych dniach.
Oferowany okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 42 dni.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres realizacji zamówienia dłuższy niż wskazany powyżej to Zamawiający ofertę odrzuci.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje 0 dniowy termin realizacji zamówienia (dostawa w dniu podpisania umowy), to Zamawiający przyjmie do wyliczenia liczby punktów w tym kryterium – 1 dniowy termin realizacji zamówienia.

Ocena kryterium w danym zadaniu liczona wg wzoru: $S = (K/L) \times MP$

gdzie:

S – uzyskana przez ofertę liczba punktów w kryterium „Oferowany okres realizacji zamówienia”

K – najkrótszy zaoferowany spośród złożonych i nieodrzuconych ofert okres realizacji zamówienia

L – zaoferowany w badanej ofercie okres realizacji zamówienia

MP – maksymalna punktacja

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę liczona jest wg wzoru: $LP = C + G + S$

gdzie:

LP – łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Oferowany okres gwarancji”

S – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Oferowany okres realizacji zamówienia”

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w **Zadaniu nr 4** Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

Cena „C” – 60,00 %

Oferowany okres gwarancji „G” – 40,00 %

Algorytmy dla ocenianych kryteriów:

Cena

waga kryterium - 60 %

maksymalna punktacja - 60 punktów

Pod pojęciem „cena” Zamawiający rozumie cenę brutto zamówienia, w rozumieniu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 178).

Ocena kryterium liczona wg wzoru: $C = (Y/X) \times MP$

gdzie:

C – uzyskana liczba punktów w kryterium „Cena”

Y – najniższa proponowana cena

X – cena badanej oferty

MP – maksymalna punktacja

Oferowany okres gwarancji

waga kryterium - 40 %

maksymalna punktacja - 40 punktów

O ilości punktów przyznanych ofercie w kryterium „Oferowany okres gwarancji” decydować będzie zaoferowany okres gwarancji na sprzęt.

Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące to Zamawiający ofertę odrzuci. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie do wyliczenia liczby punktów w tym kryterium 60 miesięczny okres gwarancji.

Ocena kryterium liczona wg wzoru: $G = (M/N) \times MP$

gdzie:

G – uzyskana przez ofertę liczba punktów w kryterium „Oferowany okres gwarancji”

M – zaoferowany w badanej ofercie okres gwarancji

N – najdłuższy zaoferowany spośród złożonych i nieodrzuconych ofert okres gwarancji

MP – maksymalna punktacja

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę liczona jest wg wzoru: $LP = C + G$

gdzie:

LP – łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Oferowany okres gwarancji”

4. W przypadku, gdy obliczona ilość punktów w danym kryterium, stanowić będzie wartość ułamkową, Zamawiający dokona zaokrąglenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIA UMOWY.

1. Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki lub osobę upoważnioną propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- d) unieważnieniu postępowania,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub/i o unieważnieniu postępowania zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Wybór Wykonawcy, zawarcie umowy.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych w SIWZ kryteriów, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 4** do SIWZ.
2. Wykonawcy ubiegający o zamówienie wspólnie przed zawarciem umowy, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani są przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA.

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
 - a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w 180 ust. 5. ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
 - b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej,
 - c) wobec czynności innych niż określone w pkt 5 a) i b) – odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Jeżeli określony ustawą Pzp lub SIWZ koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
2. W sprawach nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy wykonawcze do ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
tel. 0 33 854 92 00
telefaks 0 33 854 92 52
e-mail Zamówienia Publiczne: zampubl@szpitalslaski.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalslaski.pl
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest Pan Jerzy Harok, iod@szpitalslaski.pl, ido@szpitalslaski.pl, tel. 0 33 854 92 00;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2_1 – Formularz parametrów technicznych – Zadanie nr 1

Załącznik nr 2_2 – Formularz parametrów technicznych – Zadanie nr 2

Załącznik nr 2_3 – Formularz parametrów technicznych – Zadanie nr 3

Załącznik nr 2_4 – Formularz parametrów technicznych – Zadanie nr 4

Załącznik nr 3 – Jednolity dokument

Załącznik nr 3a – Jednolity dokument w wersji elektronicznej „xml”

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

WYKONAWCA:.....
Miejscowość i data.....
.....
Nazwa, adres

NIP:

KRS:

REGON:

Telefon:, telefaks:

Adres skrzynki ePUAP:

Adres e-mail:

ZAMAWIAJĄCY:**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie**

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

telefon: 33 854 92 00

telefaks: 33 854 92 52

Numer sprawy: **ZP 982/20****O F E R T A**

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania **pn. „Dostawa łóżek oraz szafek przyłóżkowych” ZP – 982/20**, oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie zgodnie z poniższym zestawieniem*:

Nr Zadania *	Oferowana cena Zadania		Oferowany okres gwarancji (w miesiącach) **	Oferowany okres realizacji zamówienia (w dniach) **
	netto:	słownie:		
	brutto:	słownie:		
	netto:	słownie:		
	brutto:	słownie:		
	netto:	słownie:		
	brutto:	słownie:		
	netto:	słownie:		
	brutto:	słownie:		

* wypełnić wg potrzeb

** Oferowany okres gwarancji (w zakresie Zadań nr 1-4) oraz oferowany okres realizacji zamówienia (w zakresie Zadań nr 1-3), są punktowanymi elementami oceny ofert.

Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach i nie może być krótszy niż 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, to Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany minimalny okres gwarancji.

Oferowany okres realizacji zamówienia należy podać w pełnych dniach i nie może być dłuższy niż wskazany w pkt III. SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu realizacji zamówienia, to Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany maksymalny okres realizacji zamówienia.

2. W Formularzu cenowym zawarto ceny poszczególnych sprzętów, typ/model sprzętu i nazwę jego producenta, rok produkcji.
3. W Formularzu parametrów technicznych – załączniku do niniejszej oferty, zawarto parametry techniczne oferowanego sprzętu.

4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
5. Oferujemy 60-dniowy termin płatności, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, jak również posiadamy pełne informacje potrzebne i konieczne do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
9. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy *bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawcy/ów zgodnie z poniższym zestawieniem**:

L.p.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		
3.		

* *niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnego z sformułowań lub wykreśli oba, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.*

10. Informujemy, że wadium w kwocie , zostało wniesione w formie
Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium wniesione w gotówce (jeżeli dotyczy).
11. Oświadczamy, że zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾.
12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach związanych z przedmiotowym postępowaniem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

²⁾ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Zadanie nr 1

Lp	Nazwa asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent, typ/model, rok produkcji
1	Wózek transportowo-zabiegowy. Szczegółowe parametry określono w Formularzu parametrów technicznych - załączniku nr 2. 1 do SIWZ.	szt.	15					

Zadanie nr 2

Lp	Nazwa asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent, typ/model, rok produkcji
1	Łóżko intensywne nadzoru. Szczegółowe parametry łóżka określono w Formularzu parametrów technicznych - załączniku nr 2. 2 do SIWZ.	szt.	15					

Zadanie nr 3

Lp	Nazwa asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent, typ/model, rok produkcji
1	Łóżko szpitalne elektryczne Szczegółowe parametry określono w pkt I Formularza parametrów technicznych - załącznika nr 2. 3 do SIWZ.	szt.	42					
2	Szafka przyłóżkowa. Szczegółowe parametry szafki określono w pkt II Formularza parametrów technicznych - załącznika nr 2. 3 do SIWZ.	szt.	42					
				Razem:				

Zadanie nr 4

Lp	Nazwa asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent, typ/model, rok produkcji
1	Łóżko szpitalne przeznaczone dla pacjentów Stacji Dializ. Szczegółowe parametry określono w Formularzu parametrów technicznych - załączniku nr 2. 4 do SIWZ.	szt.	7					

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**Zadanie nr 1****Wózek transportowo-zabiegowy – 15 szt.**

Lp.	Opis parametru wymaganego	Wymogi graniczne	Podać/opisać parametry oferowane
I. Informacje ogólne			
1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa, typ/model urządzenia	Podać	
3.	Rok produkcji 2020	Podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie-rekondycjonowane, nie-powystawowe	TAK	
5.	Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 186) i być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny	TAK	
II. Opis parametrów lub funkcji urządzenia			
1.	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)	TAK	
2.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo.	TAK	
3.	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu.	TAK	
4.	Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem (nie na pokrywie podwozia)	TAK	
5.	Dopuszczalne obciążenie min. 270 kg	TAK	
6.	Długość całkowita wózka 2,15 m $\pm$ 2 cm	TAK	
7.	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 77 cm $\pm$ 2 cm	TAK	
8.	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 86 cm $\pm$ 2 cm	TAK	
9.	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 66 cm	TAK	
10.	Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca.	TAK	
11.	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem.	TAK	
12.	Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem.	TAK	
13.	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.	TAK	
14.	Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.	TAK	

15.	Barierki boczne chromowane, składane (kolorowe elementy aktywujące) o wysokości min. 35 cm i długości min. 145 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych.	TAK	
16.	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 85 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	TAK	
17.	Leże wózka wyposażone w system „obniżonego siedziska” w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców.	TAK	
18.	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0° do min. 70° sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu siedziska zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka.	TAK	
19.	Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od 0° do min. 30° ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego.	TAK	
20.	Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie.	TAK	
21.	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie min. $\pm 15^\circ$ przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka.	TAK	
22.	Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej.	TAK	
23.	Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka.	TAK	
24.	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża.	TAK	
25.	Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia.	TAK	
26.	Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka.	TAK	
27.	Możliwość mycia ciśnieniowego wózka.	TAK	
28.	Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu poliuretanowym, nieprzemakalnym, paroprzepuszczalny, o grubości min. 10 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. Krawędzie materaca zgrzewane.	TAK	
29.	Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały, uniemożliwiający wyjęcie bądź kradzież wieszaka z wózka) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg.	TAK	
30.	Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim	TAK	

UWAGA:

Należy wypełnić wszystkie komórki w kolumnie „Podać/opisać parametry oferowane” podając parametry zaoferowanego sprzętu.

Brak wypełnienia którejkolwiek komórki jak również niespełnienie któregośkolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, odpowiada wszelkim wymagom dopuszczającym je do obrotu na terenie obszaru gospodarczego UE oraz jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów ponoszonych ze strony Zamawiającego oraz ma zaimplementowane rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu energii np. w zakresie poboru mocy.

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**Zadanie nr 2****Łóżko intensywnego nadzoru – 15 szt.**

Lp.	Opis parametru wymaganego	Wymogi graniczne	Podać/opisać parametry oferowane
I. Informacje ogólne			
1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa, typ/model urządzenia	Podać	
3.	Rok produkcji 2020	Podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie-rekondycjonowane, nie-powystawowe	TAK	
5.	Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 186) i być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny	TAK	
II. Opis parametrów lub funkcji urządzenia			
1.	Łóżko przeznaczone na OIT/nadzór wzmożony.	TAK	
2.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwiająca skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka.	TAK	
3.	Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub równoważną	TAK	
4.	Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125mm) nie mniejszy niż 16 cm	TAK	
5.	Leże łóżka – min. 4-sekcyjne	TAK	
6.	Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3	TAK	
7.	Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) [cm] 102-104	TAK	
8.	Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 224 +/-2cm	TAK	
9.	Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min 20 cm	TAK	
10.	Platforma leża z wyjmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi)	TAK	
11.	Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu na ułożenie materaca.	TAK	
12.	Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125mm 32-74cm +/- 5cm, zwiększającą bezpieczeństwo pacjenta, zapobiegającą zeskakiwaniu nawet niskich osób oraz ułatwiającą personelowi prowadzenie czynności reanimacyjnych	TAK	
13.	Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym	TAK	
14.	Regulacja elektryczna segmentu pleców [°] min. 0-62	TAK	
15.	Regulacja elektryczna segmentu uda min. [°] 0-20	TAK	
16.	Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn	TAK	
17.	Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga [°] min. 12	TAK	
18.	Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga [°] min. 12	TAK	

19.	Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (oprócz CPR) zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka	TAK	
20.	Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem	TAK	
21.	Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stronach łóżka	TAK	
22.	Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR	TAK	
23.	Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej.	TAK	
24.	Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30° (pozycja terapeutyczna). Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30° nachylenia.	TAK	
25.	Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważna), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem	TAK	
26.	Konstrukcja barierki bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki	TAK	
27.	Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony głowy i nóg z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego	TAK	
28.	Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga	TAK	
29.	Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 4 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka	TAK	
30.	Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierki zabezpieczających przy wezglówiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu	TAK	
31.	Przyciski elementów sterujących - membranowe, łatwe do utrzymania w czystości, wodoodporne.	TAK	
32.	Akumulator do zasilania podczas transportu i funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.	TAK	
33.	Zasilanie 230 [V], 50 [Hz]	TAK	
34.	Łóżko wyposażone w panele do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów	TAK	
35.	Półka na pościel	TAK	
36.	Cztery koła o średnicy 125mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna	TAK	
37.	Drażek centralnego hamulca w części nożnej łóżka.	TAK	
38.	Dodatkowe, obustronne pedały hamulca przy wezglówiu.	TAK	
39.	Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 250 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu	TAK	
40.	Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik	TAK	
41.	Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg	TAK	

42.	Wypożyczenie dodatkowe: - wieszak na kroplówki łamany - wysięgnik pacjenta z regulowanym uchwytem	TAK	
43.	Wypełnienia łóżka w odcieniach niebieskiego lub szarego do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia	Podać po min. 3 oferowane kolory z palety RAL	
44.	Łóżko wyposażone w system ważenia pacjenta min. III klasy certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną	TAK	
45.	System ważenia pacjenta wyposażony w: - funkcję pozwalającą na dodawanie/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta - możliwość wyświetlania wagi w zaokrągleniu do najbliższych 500g lub 100g - przycisk zerowania wagi	TAK	
46.	System wykrywania ruchów pacjenta – z możliwością regulacji czułości lub całkowitej dezaktywacji	TAK	
47.	Łóżko wyposażone w system anty-zgniecienny zapobiegający zgnieceniu pod łóżkiem m. in. przewodów aparatury medycznej, cewników itp.	TAK	
III. Materac			
1.	Materac powietrzny, przeciwoleżynowy, zmiennociśnieniowy z pompą o funkcjach terapeutycznych; długość i szerokość materaca dopasowana do leża	TAK	
2.	Materac bezpośrednio kładziony na leże (nie wymaga materaca bazowego)	TAK	
3.	Możliwość przekształcenia materaca w formę nakładki na materac bazowy	TAK	
4.	Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 250[kg]. Skuteczność terapeutyczna rozumiana jako możliwość zapobiegania i leczenia pacjentów z odleżynami każdego stopnia	TAK	
5.	Materac automatycznie dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca do wskaźnika masy ciała (BMI) oraz pozycji pacjenta w cyklu 10±3 minut dla trybu naprzemiennego stałego niskiego ciśnienia oraz w cyklu ciągłym dla trybu stałego niskiego ciśnienia. Nie dopuszcza się rozwiązań gdzie trzeba wstępnie ustawiać ciśnienie w komorach w zależności od masy ciała pacjenta.	TAK	
6.	Materac powietrzny wyposażony w min. 20 wymiennych komór z wizualnym oznaczeniem kolorystycznym komór przeznaczonych dla stref głowy, bioder i pięt.	TAK	
7.	Obniżone ciśnienie w komorach pięt i łydek, w celu dodatkowego zmniejszenia nacisku w tej newralgicznej strefie	TAK	
8.	Materac o wysokości min. 20 cm	TAK	
9.	Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR	TAK	
10.	Pompa materaca pracująca w dwóch trybach zmiennym oraz statycznym (CLP)	TAK	
11.	Pompa wyposażona w przyciski lub pokrętki do regulacji komfortu pacjenta celem zmiany twardości lub miękkości materaca celem lepszego dostosowania do potrzeb pacjenta	TAK	
12.	Pompa materaca wyposażona w przycisk natychmiastowego utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgnarskich. Maksymalny czas utwardzenia z możliwością regulacji od 15-30min w zależności od czasu trwania procedur medycznych	TAK	
13.	Wbudowany w pompę akumulator do zasilania pompy w trakcie braku zasilania sieciowego lub w trakcie transportu. Minimalny	TAK	

	czas pracy akumulatora 3 godz.		
14.	Praca pompy poniżej 29db	TAK	
15.	Masa pompy nie przekracza 5 kg	TAK	
16.	Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca	TAK	
17.	Zestaw rur łączących pomiędzy pompą, a materacem powietrznym o konstrukcji z zabezpieczeniem przed złamaniem dzięki któremu nie dojdzie do zgniecenia i zahamowania przepływu powietrza	TAK	
18.	Automatyczny tryb transportowy po odłączeniu zestawu rur łączących od pompy (zawór zamyka automatycznie odpływ powietrza bez konieczności stosowania zatyczki)	TAK	
19.	Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza	TAK	
20.	Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczający wilgoć, powłoka poliuretanowa pokrowca zawiera środek przeciwbakteryjny pozwalające ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny	TAK	
21.	Pokrowiec rozciągliwy/elastyczny w dwóch kierunkach pozwalający zmniejszyć siły tarcia i siły ścinające	TAK	
22.	Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 95°	TAK	
23.	Pompa wyposażona w gniazdo/przewód zasilające pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta	TAK	
24.	Na wyposażeniu dodatkowe, zasilane elektrycznie, pokrycie materaca do zaawansowanego zarządzania mikroklimatem pacjenta, redukujące nadmierną potliwość oraz zmniejszające podatność tkanek na siły ścinające i tarcie, pokrycie wspomagające zapobieganie oraz leczenie istniejących już odleżyn. Przepuszczalności pary wodnej (MVTR) na poziomie min. 130 (g/m2)/godz.).	TAK	

UWAGA:

Należy wypełnić wszystkie komórki w kolumnie „Podać/opisać parametry oferowane” podając parametry zaoferowanego sprzętu.

Brak wypełnienia którejkolwiek komórki jak również niespełnienie któregośkolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, odpowiada wszelkim wymaganiom dopuszczającym je do obrotu na terenie obszaru gospodarczego UE oraz jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów ponoszonych ze strony Zamawiającego oraz ma zaimplementowane rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu energii np. w zakresie poboru mocy.

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 3

Łóżko szpitalne elektryczne oraz szafki przyłóżkowe – 42 szt.

Lp.	Opis parametru wymaganego	Wymogi graniczne	Podać/opisać parametry oferowane
I. Łóżko szpitalne elektryczne – 42 szt.			
Informacje ogólne			
1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa, typ/model urządzenia	Podać	
3.	Rok produkcji 2020	Podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie-rekondycjonowane, nie-powystawowe	TAK	
5.	Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 186) i być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny	TAK	
Opis parametrów lub funkcji urządzenia			
6.	Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka	TAK	
7.	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania.	TAK	
8.	Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-10mm) z możliwością przedłużania leża	TAK	
9.	Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1000 mm	TAK	
10.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację.	TAK	
11.	Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 lub równoważnymi.	TAK	
12.	Na całej długości i szerokości łóżka w każdej pozycji i ustawieniach leża prześwit pod łóżkiem wynoszący minimum 15cm, jedynym elementem, który może znajdować się poniżej tej wysokości może być piąte koło	TAK	
13.	Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla pozycji leża. Max. waga pacjenta min.215 kg.	TAK	
14.	Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamle wyposażone w otwory wentylacyjne.	TAK	
15.	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad.	TAK	
16.	Szczyty łóżka od strony nóg i głowy poruszające się razem z leżem.	TAK	
17.	Sterowanie elektryczne przy pomocy: 1. Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. 2. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej	TAK	

	za pomocą konkretnego przycisku. 3. Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segmentu pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości.		
18.	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”.	TAK	
19.	Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.	TAK	
20.	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65° +/- 2°.	TAK	
21.	Leże w sekcji pleców przeziernie dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę.	TAK	
22.	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30° +/- 2°	TAK	
23.	Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi.	TAK	
24.	System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (min. 9 cm) i nóg (min. 4 cm).	TAK	
25.	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej.	TAK	
26.	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12° – sterowanie z panelu sterowniczym montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.	TAK	
27.	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej.	TAK	
28.	Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.	TAK	
29.	Elektryczna funkcja CPR oraz elektryczna funkcja naczyniowa (antyszokowa) oznaczone odrębnymi kolorami na panelach- głównym oraz bocznych (dla personelu na zewnętrznej części barierki). Obie funkcje omijają blokadę sterowania i są dostępne również przy wyłączonym panelu sterowania.	TAK	
30.	Elektryczna pozycja antyszokowa, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odrębnym kolorem i odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.	TAK	
31.	Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.	TAK	
32.	Elektryczna dedykowana pozycja ułatwiająca wejście i zejście z łóżka pacjentowi, przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej.	TAK	
33.	W pozycji do bezpiecznego wejścia i zejścia na/z łóżka (j.w.), wspomaganie pacjenta za pomocą wyprofilowanych barierki (poruszających się razem z segmentem pleców) z uchwytami służącymi pacjentowi do wsparcia podczas wstawiania- na każdej z barierki przynajmniej 2 miejsca stabilnego uchwytu pozwalające na chwycenie jej obiema rękami na raz.	TAK	

34.	Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew. i wew.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED.	TAK	
35.	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierki bocznych (opuszczone czy podniesione).	TAK	
36.	Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med.	TAK	
37.	Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym.	TAK	
38.	Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe.	TAK	
39.	Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji.	TAK	
40.	Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka.	TAK	
41.	Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15°.	TAK	
42.	Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganie gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca.	TAK	
43.	Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji.	TAK	
44.	Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające pacjenta również w pozycji siedzącej.	TAK	
45.	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania.	TAK	
46.	4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami.	TAK	
47.	Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża, min.3 po każdej ze stron.	TAK	
48.	Uchwyty z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowione z obu stron leża, bezpieczne obciążenie robocze min. 2 kg każdy	TAK	
49.	Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 lub równoważnymi	TAK	
50.	Wypełnienia łóżka w odcieniach niebieskiego lub szarego do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia	Podać po min. 3 oferowane kolory z palety RAL	
51.	Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego)	TAK	
52.	Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka	TAK	
53.	Konstrukcja leża z przynajmniej 4-ma dedykowanymi uchwytami do przypięcia pasów unieruchamiających pacjenta, oraz przynajmniej 6 ograniczników na brzegach leża zabezpieczających materac przed przesuwaniem	TAK	
54.	Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 lub równoważna	TAK	
Wyposażenie dodatkowe łóżka			

55.	- materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm., bez lateksu. Pianka o gęstości min. 32 kg/m ³ , redystrybuująca ciśnienie, przezierny dla promieni RTG - długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka - materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 lub normami równoważnymi	TAK	
56.	2- częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk - udźwig do 2 kg.	TAK	
57.	wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta, udźwig min., 75 kg	TAK	
58.	Pionowy uchwyt na butlę z tlenem montowany bez użycia narzędzi w tulejach naroży udźwig min 7,0 kg	TAK	
59.	Kosz na worki urologiczne	TAK	
II. Szafka przyłóżkowa – 42 szt.			
1.	Szkielet szafki wykonany z aluminium	TAK	
2.	Wymiary szafki: -Wysokość: 700 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 480 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 480 mm, (+/-30 mm)	TAK	
3.	Błat główny, powierzchnie boczne, drzwi szafki oraz front szuflady wykonany z płyty laminowanej	TAK	
4.	Szafka wyposażona w drzwiczki oraz szufladę na prowadnicach rolkowych	TAK	
5.	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa	TAK	
6.	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę	TAK	
7.	4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża	TAK	
8.	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK	
9.	Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający	TAK	
10.	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem	TAK	
11.	Szafka wyposażona w ergonomiczne uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady	TAK	

UWAGA:

Należy wypełnić wszystkie komórki w kolumnie „Podać/opisać parametry oferowane” podając parametry zaoferowanego sprzętu.

Brak wypełnienia którejkolwiek komórki jak również niespełnienie któregośkolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, odpowiada wszelkim wymogom dopuszczającym je do obrotu na terenie obszaru gospodarczego UE oraz jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów ponoszonych ze strony Zamawiającego oraz ma zaimplementowane rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu energii np. w zakresie poboru mocy.

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 4

Łóżko szpitalne przeznaczone dla pacjentów Stacji Dializ – 7 szt.

Lp.	Opis parametru wymaganego	Wymogi graniczne	Podać/opisać parametry oferowane
I. Informacje ogólne			
1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa, typ/model urządzenia	Podać	
3.	Rok produkcji 2020	Podać	
4.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie-rekondycjonowane, nie-powystawowe	TAK	
5.	Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 186) i być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny	TAK	
II. Opis parametrów lub funkcji urządzenia			
1.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwiająca skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka.	TAK	
2.	Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub równoważną	TAK	
3.	Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125mm) nie mniejszy niż 16 cm	TAK	
4.	Leże łóżka – min. 4-sekcyjne	TAK	
5.	Liczba ruchomych segmentów leża, min. 3	TAK	
6.	Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) [cm] 102-104	TAK	
7.	Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 224 +/-2cm	TAK	
8.	Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o min 20 cm	TAK	
9.	Platforma leża z wyjmowanymi tworzywowymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi)	TAK	
10.	Łóżko wyposażone w tworzywową panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu na ułożenie materaca.	TAK	
11.	Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzoną od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125mm 32-76cm +/- 2cm, , zapobiegającą zeskakiwaniu osób oraz ułatwiająca personelowi prowadzenie czynności reanimacyjnych	TAK	
12.	Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na panelu sterującym	TAK	
13.	Regulacja elektryczna segmentu pleców [°] 0-62	TAK	
14.	Regulacja elektryczna segmentu uda [°] 0-20	TAK	
15.	Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn	TAK	
16.	Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga [°] min. 12	TAK	
17.	Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga [°] min. 12	TAK	
18.	Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem, możliwość selektywnej / całkowitej blokady funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR)	TAK	
19.	Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem	TAK	

20.	Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stronach łóżka	TAK	
21.	Segment pleców wyposażony w sprężynę gazową zapobiegającą zbyt gwałtownemu opuszczeniu segmentu pleców na ramę łóżka przy użyciu mechanicznej funkcji CPR	TAK	
22.	Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na każdym panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej.	TAK	
23.	Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30° (pozycja terapeutyczna). Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30° nachylenia.	TAK	
24.	Łóżko wyposażone w cztery barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52 lub równoważną), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem	TAK	
25.	Konstrukcja barierki bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki	TAK	
26.	Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony głowy i nóg z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego	TAK	
27.	Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga	TAK	
28.	Sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą co najmniej 3 paneli wbudowanych w barierki boczne – po obu (lewej i prawej) stronach łóżka	TAK	
29.	Dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierki zabezpieczających przy wezglówiu z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu	TAK	
30.	Przyciski elementów sterujących - membranowe	TAK	
31.	Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.	TAK	
32.	Zasilanie 230 [V], 50 [Hz]	TAK	
33.	Półka na pościel	TAK	
34.	Cztery, pojedyncze koła o średnicy 125mm z centralną blokadą umożliwiającą ustawienie hamulca w 3 położeniach: - pełna blokada - jazda na wprost - jazda swobodna	TAK	
35.	Drążek centralnego hamulca w części nożnej łóżka.	TAK	
36.	Dodatkowe, obustronne pedały hamulca przy wezglówiu.	TAK	
37.	Bezpieczne obciążenie robocze dla wszystkich segmentów leża nie mniejsze niż 250 [kg], pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy maksymalnym obciążeniu	TAK	
38.	Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik	TAK	
39.	Łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg	TAK	
40.	Wyposażenie dodatkowe: - wieszak na kroplówki	TAK	
41.	Wypełnienia łóżka w odcieniach niebieskiego lub szarego do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia	Podać po min. 3 oferowane kolory z palety RAL	
III. Materac			
1.	Materac piankowy, przewencyjny, przeciwoślizgowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 lub normami	TAK	

Nr sprawy: ZP 982/20

Załącznik nr 2_4

	równoważnymi, dopasowany do leża łóżka o grubości min 15 cm		
2.	Wymiary materaca (+- 10mm) wys. x szer. x gł. 2020 x 880 x 150 mm	TAK	
3.	Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 120 [kg]	TAK	
4.	Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwdleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m3]	TAK	
5.	Pokrowiec materaca wodoszczelny, przepuszczający wilgoć	TAK	
6.	Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca.	TAK	
7.	Ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175 lub równoważnej	TAK	
8.	Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy	TAK	
9.	Pokrowiec materaca o właściwościach przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybobójczych	TAK	
10.	Materac posiadający 3 sekcje: głowy, tułowia i nóg.	TAK	
11.	Materac, w celu dodatkowego rozłożenia sił nacisku na ciało pacjenta, posiada nacięcia poprzeczne na całej długości, odpowiednie dla sekcji głowy, tułowia i nóg.	TAK	
12.	Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka	TAK	
13.	Materac rotowany 4-kierunkowo zwiększający „żywność” materaca	TAK	
14.	Materac posiadający badania na redystrybucję sił nacisku	TAK	
15.	Możliwość prania w temperaturach do 95 [°C]	TAK	

UWAGA:

Należy wypełnić wszystkie komórki w kolumnie „Podać/opisać parametry oferowane” podając parametry zaoferowanego sprzętu.

Brak wypełnienia którejkolwiek komórki jak również niespełnienie któregośkolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, odpowiada wszelkim wymaganiom dopuszczającym je do obrotu na terenie obszaru gospodarczego UE oraz jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów ponoszonych ze strony Zamawiającego oraz ma zaimplementowane rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu energii np. w zakresie poboru mocy.

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹.

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

<https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349037-2020:TEXT:PL:HTML>

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 142-349037

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	„Dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych”
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	ZP 982/20

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	[] Tak [] Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	[] Tak [] Nie [...] [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych	[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o	a): [.....] b): [.....]

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Właścucha w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

(Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹³;
2. **korupcja**¹⁴;
3. **nadużycie finansowe**¹⁵;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁶
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁷
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**¹⁸.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	[] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹
Jeżeli tak, proszę podać²⁰: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

ustalone w wyroku:	y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	[] Tak [] Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona , długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....] b) [.....] c1) [] Tak [] Nie – [] Tak [] Nie – [.....] – [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) [] Tak [] Nie – [] Tak [] Nie [.....] – [.....]
	– c2) [...] d) [] Tak [] Nie	– c2) [...] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

odsetki lub grzywny?	Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁴ [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ²⁶ ?	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ²⁷ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak:	☐ Tak ☐ Nie

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

— Proszę podać szczegółowe informacje: — Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	— [.....] — [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [.....] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [...]
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[] Tak [] Nie [...]
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem	[] Tak [] Nie

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	[...] Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? ☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca może potwierdzić, że: a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	[☐] Tak [☐] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[☐] Tak [☐] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:	[☐] Tak [☐] Nie [.....]

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	☐ Tak ☐ Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] ☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

³²

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (-są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....]³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:	[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ,

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych , które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table><tr><th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....] [.....]								
3) Korzysta z następujących urzędów	[.....]								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?	☐ Tak ☐ Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.	☐ Tak ☐ Nie

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości , w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....][.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego ? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	☐ Tak ☐ Nie [.....][.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:	[....] ☐ Tak ☐ Nie⁴⁵ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁶

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Umowa na dostawę ... łóżek; szafek przyłóżkowych...

(projekt dla Zadań nr 1-4)

zawarta w dniu r. w Cieszynie pomiędzy:

.....
NIP:-.....-.....

KRS:.....

reprezentowaną przez:

.....
zwana dalej „Wykonawcą”

a

Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

NIP: 548-20-01-181

KRS: 0000143545

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Zamawiającym”

§ 1

Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – ZP 982/20 zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ... łóżek, szafek przyłóżkowych ... zwanych dalej „Sprzętem”.
2. Szczegółowy wykaz sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy, w tym dane dotyczące producenta, typu/modelu, roku produkcji, ilości, cen netto i brutto zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (*Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ*).
3. Parametry techniczne sprzętu zawarto w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (*Formularz parametrów technicznych załącznik nr 2_1 – 2_4 do SIWZ*).
4. *Zakup sprzętu współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Projekt pt. „Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w sprzęt medyczny i komputerowy, środki ochrony osobistej, testy i materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2” (dotyczy Zadań nr 1-3).*

§ 3

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest w terminie do dnia (*termin wyliczony zgodnie ze złożoną ofertą*)..... do:
 - a) dostarczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 fabrycznie nowego sprzętu. Sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 186) i być oznakowany znakiem CE, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny,
 - b) montażu i rozmieszczenia sprzętu,

- c) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej,
 - d) dostarczenia dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – kart gwarancyjnych urządzenia,
 - e) przekazania sprzętu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
2. Sprzęt objęty jest gwarancją przez okres ...(zgodnie ze złożoną ofertą)....., licząc od dnia protokolarnego przekazania go do eksploatacji.
 3. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w dokumencie określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis. Jeżeli sprzęt wymaga przeglądów okresowych, Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe przeglądy, uwzględniające bezpłatną wymianę części eksploatacyjnych, stosownie do zaleceń zawartych w specyfikacji danego sprzętu.
 4. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca gwarantuje nieodpłatną obsługę serwisową, polegającą na naprawie sprzętu poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu do 48 godzin w dni robocze. Usunięcie zgłoszonej awarii w terminie do 72 godzin, licząc od momentu podjęcia naprawy (reakcji serwisu). W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w wyżej określonym terminie, przez cały okres trwania naprawy Wykonawca zapewnia w pełni sprawny sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach. Każdorazowa interwencja serwisu musi być zakończona spisaniem stosowego protokołu.
 5. Przekazanie sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bielskiej 4, 43-400 Cieszyn w godzinach 8⁰⁰ - 14⁰⁰ w dzień roboczy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem.
 6. Przedstawicielami stron Umowy do dokonania odbioru przedmiotu umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - b) ze strony Wykonawcy:

§ 4

1. Zgodnie z wynikiem postępowania i złożoną przez Wykonawcę ofertą:
 całkowita cena netto zamówienia nie przekroczy:zł,
 słownie:zł,
 całkowita cena brutto zamówienia nie przekroczy:zł,
 słownie:zł.
 Szczegółowe ceny poszczególnych sprzętów zawarto w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków. Wynagrodzenie obejmuje również udzielenie gwarancji i świadczenie Serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

§ 5

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu sprzętu do użytkowania.
 Faktura musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawierać informację o Mechanizmie Podzielonej Płatności (jeżeli dotyczy).
2. Zamawiający dokona płatności należności za dostarczony sprzęt przelewem bankowym, w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w złotych

polskich, na rachunek Wykonawcy wskazany w na fakturze. Płatność uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej zapłaty niż 60 dni w przypadku, gdy będzie to uzasadnione płatnościami otrzymywanymi na finansowanie zamówienia. (dotyczy Zadań nr 1-3).

3. Podany na fakturze numer rachunku bankowego musi być zgodny z Wykazem podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. białą listą.

Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany na fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy/podwykonawcy wskazanym w białej liście podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany na fakturze VAT i białej liście podatników VAT będą zgodne.

4. Wykonawca jest uprawniony do wysyłania, a Zamawiający zobowiązany do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, z późn. zm.).

W przypadku, gdy Wykonawca będzie zamierzał korzystać z wymienionego w zdaniu poprzedzającym uprawnienia, prześle drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) – ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na skrzynkę Zamawiającego PEPPOL nr – NIP / 5482001181.

§ 6

Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, może odmówić odbioru sprzętu w całości lub w części, jeżeli nie będzie zgodny z umową.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - a) opóźnienia w realizacji zamówienia w wyznaczonym w § 3 ust. 1. terminie – w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) opóźnienia w podjęciu naprawy sprzętu, w terminie wskazanym w § 3 ust. 4, w wysokości 0,05 % wartość brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
 - c) niezapewnienia w pełni sprawnego sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach, w sytuacji braku możliwości naprawy sprzętu w terminie określonym w § 3 ust. 4, w wysokości 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia brutto wymienionej w § 4.
3. W przypadku niezapłacenia w terminie 14 dni przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w ust. 1. i 2., Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bieżącej należności Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do żądania odszkodowania przez Wykonawcę w przypadku gdy zwłoka w dostawie całości lub jakiegokolwiek części zamówienia przekroczy 10 dni.
2. Oprócz przypadków wymienionych w ust. 1. Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawcy należne jest wyłącznie wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.

§ 9

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w przypadku:
 - a) zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron,
 - b) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
 - c) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu i mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy poprzez jego wydłużenie o okres występowania siły wyższej,
 - d) *konieczności wprowadzenia zapisów do umowy, które zostaną narzucone warunkami umowy o dofinansowanie lub jej zmianami (dotyczy Zadań nr 1-3),*
 - e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto zostanie doliczona nowa stawka podatku VAT),
 - f) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, za wyjątkiem zmiany adresu stron umowy. Zmiana adresu stron umowy następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego rozporządzać na rzecz osób trzecich wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani czynić z nich przedmiotu zabezpieczenia. Wykonawca nie może również zawrzeć bez zgody Zamawiającego umowy z osobą trzecią skutkującą wstąpieniem w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego).

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SIWZ, oferty, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Realizację zamówienia w zakresie *...(wskazanym w ofercie)...*, Wykonawca powierza *...(nazwa, adres)...*, zwanym dalej „podwykonawcą”.
2. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy na zakres przewidziany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
4. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją powierzonego podwykonawcy zakresu zamówienia.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 12

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 Dyrektor Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
 tel. 0 33 854 92 00
 telefaks 0 33 854 92 52
 e-mail Zamówienia Publiczne: zampubl@szpitalslaski.pl
 strona internetowa Zamawiającego: www.szpitalslaski.pl
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie jest Pan Jerzy Harok, iod@szpitalslaski.pl, ido@szpitalslaski.pl, tel. 0 33 854 92 00;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
 z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jako Wykonawca oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

§ 14

Postanowienia niniejszej umowy wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Wykonawca

Zamawiający