



ZP 959/20

Cieszyn, dnia 04.08.2020 r.

Otrzymują: Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa zestawu laparoskopowego**” – ZP 959/20.

Zamawiający, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, tj.:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw Laparoskopowy o równoważnych parametrach technicznych jak poniżej, w ilościach przewidzianych przez Zamawiającego:

Platforma kamery, pozwalająca na pracę z głowicami kamery CMOS - 1 chipowej i 3 chipowej.

Sterownik kamery rozpoznaje podłączoną głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu i monitora. 5 zapisanych trybów pracy: Chirurgia Ogólna, Urologia, Ginekologia, Neuro, Cardio/Torakochirurgia.

Dodatkowo możliwość zapisania trzech indywidualnych trybów pracy użytkownika. Możliwość ustawienia w każdym z nich: Jasności (od -5 do 5 co 1), Zoom cyfrowego (od 1 do 1.8 co 0,2) Kontrastu (od -5 do 5 co 1), wyostrenia krawędzi (od -5 do 5, co 1). Dodatkowe efekty: Red Enhancement (RE) - wzmocnienie odcieni koloru czerwonego (od 0 do 5, co 1), Smoke Reduction (SR) - uzyskanie lepszej widoczności w momencie zadymienia pola operacyjnego, Picture out of Picture (PoP) - wyświetlanie dwóch obrazów obok siebie. Dodatkowo efekty mogą być dodane do profili: redukcja czerwonego koloru, algorytm redukcji dymu, obraz obok obrazu.

Ostatnich 10 funkcji może być dodane go szybkiego wyboru., Sterownik posiada automatyczną kontrolę światła poprzez połączenie ze źródłem światła, 9 języków menu w tym polski.

Sygnał wideo: 2 x DVI-D (1080p), 2 x 3G SDI (1080p), 1 x 2D przez HD-SDI (1080i). Masa 7 kg, Wymiary (szer x wys x gł) 330 mm x 101 mm x 353 mm. Stopień ochrony IP21.

Archiwizator medyczny

Nagrywa wideo w wysokiej rozdzielczości i zdjęcia z medycznych źródeł wideo do: USB, pamięć wewnętrzna, pamięć sieciowa. Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny.

Interfejs użytkownika: wbudowany monitor dotykowy 7"

Wejścia wideo: 2 x HDMI

Wyjścia wideo: 1x HDMI

Rozdzielczość wejścia wideo: 1920x1200p60, 1080p60 / 50/30/25, 1080i60 / 50, 1280x1024p60 / 50, 720p60 / 50

Format obrazu: JPG, PNG

Nagrywanie dźwięku: Bluetooth Mic, Mic przez stereofoniczny zestaw słuchawkowy (4 bieguny), USB Mic / Audio wbudowane w wideo.

Pamięć wewnętrzna: 128 GB, Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB

Obsługa USB:

USB3.0 Super speed, dysk twardy USB (FAT32, NTFS, exFAT)

Pamięć sieciowa: Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s, Pilot na podczerwień (w zestawie)

Rozmiar: 173 x 153 x 50 mm / 6,7 x 6,0 x 2 "

Waga: 1,20 kg / 2lb 13oz

Certyfikaty:

CE 93/42 / EWG

EN 60601 1: 2006 / A1: 2013 / A12: 2014 / (IEC 60601 -1 ed 3.1)

CAN / CSA C22.2 No.60601-1-2: 2014 – wydanie 3

FCC część 15

RoHS3 / PSE / ISO 13485: 2016

Kamera Full HD, Typ przetwornika: 3x1/3 "CMOS

Progresywne skanowanie obrazu

Ogniskowa: 14 do 28 mm

Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s

Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D

4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą.

Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta

Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie żywym: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo)

Automatyczna regulacja jasności Wymiary 46 x 47 x 188 mm

Monitor medyczny o przekątnej 27 cali - 2 szt.

z ekranem antyrefleksyjnym, Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, Format 16:9,

Wejścia sygnału video: 2xDVI, 2x 3G-SDI, VGA. Wyjścia: 2xDVI, 2x3G-SDI, współczynnik kontrastu 1000:1,

Maksymalna jasność 900 (Cd/m²). mocowanie vesa 100

Źródło światła, LED-1szt.

Panel przedni z wyświetlaczem LCD

Średnia żywotność modułu LED ok. 30 000 godzin pracy

Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy (tryb czuwania),

Temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%)

Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%)

Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętki w krokach co 5% (0-100%)

Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu (MIS-BUS)

Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery

Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm

Wbudowana ochrona przeciwbłaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu

Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda

Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD

Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA

Adapter do światłowodów x 1 szt.

Światłowód osłona nieprzezroczysta, dł. 350 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt

Optyka laparoskopowa, kąt 30 st. , średnica 10mm, dł. 330mm, autoklawowalna, informacja o sposobie sterylizacji umieszczona na obudowie optyki - 2 szt.

Insuflator laparoskopowy z automatycznym systemem oddymiania

Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych.

Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg,

Maksymalny przepływ CO₂ min.40 l/min

Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C,

Automatyczna desuflacja gazu, dwa tryby pracy: niski przepływ igła Veressa, wysoki przepływ,

wyświetlacz parametrów LCD,

Sygnalizacja objętości butli CO₂ oraz ilości zużytego gazu w trakcie zabiegu, waga 11kg, wymiary (szer.xwys.x gł) 305x175x340,

Trokar laparoskopowy:

- kaniula: śr. 10 mm, dł. rob. 110 mm, gładka, koniec dystalny skośny, z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zapewniającym przepływ CO₂ do 50 l/min.,
- zawór: z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, zewnętrzna uszczelka silikonowa oznaczona kolorem przypisanym do średnicy trokara,
- gwóźdź: ostry, trójkątny,
- 1 szt.

Wyposażenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: Dreny do insuflacji z podgrzewaniem, jednorazowe - 3 szt., silikonowy dren do insuflacji autoklawowalny, Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO₂.

Uniwersalna pompa ssąco-płuczająca

Sterowanie -Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy

Płukanie -Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną

Odsysanie -Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej)

Wartość płukania w trybie laparoskopii 1 - 3,5 l

Ciśnienie w trybie laparoskopii -500 mmHg

Parametry odsysania - 0,7 bar

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o dodatkowe tryby pracy: histeroskopia, artroskopia, cystoskopia,

Wyposażenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego -dreny jednorazowe do płukania 20 szt. dren 30 dniowy z filtrem w torze ssania do wytwarzania próżni 10 szt. , Rurka ssąco-płuczająca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt.

Wózek endoskopowy

4 półki, z uchwytem głowicy kamery, z blokadą 4 kół jezdnych, z szufladą zamykaną na klucz, z możliwością montażu dodatkowych urządzeń, o wymiarach 703x1506x663 mm, o wymiarach półek 450x485mm, z listwą ekwipotencjalną zintegrowaną z wózkiem, maksymalne obciążenie wózka 210kg. Wyposażenie: Ramię obrotowe do monitora, wysięgnik na płyny infuzyjne, mocowanie butli CO₂,

Dodatkowy statyw na drugi monitor – 1 szt.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania proponowanego zestawu.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za system oddymiania i diagnostykę światłowodów?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie widzi potrzeby dodatkowej punktacji oferty za system oddymiania i diagnostyki światłowodów.

Zapytanie nr 3

Prosimy o wydzielenie rektoskopu operacyjnego do innego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 4 - § 7 pkt. 1 a)

- a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu opóźnienia realizacji zamówienia w wyznaczonym w § 3 ust. 1 terminie do 0,5%, gdyż kara w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie stosowanych wysokości kar, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy?
- b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. oprogramowanie do pompy i przewód koncentryczny do podłączenia monitora, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyceński), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Wyjaśnienie: Ad. a) - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

Ad. b) - Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jeżeli którykolwiek element asortymentu wyszczególnionego w Formularzu cenowym- załączniku nr 2 do SIWZ nie podlega ustawie o wyrobach medycznych i jest obłożony podstawową stawką podatku od towarów i usług VAT, to Wykonawca zobowiązany jest w formularzu cenowym, w danej pozycji asortymentowej, to zaznaczyć, poprzez utworzenie dodatkowego wiersza oraz podania w pierwszym wierszu cen uwzględniających obniżoną stawkę podatku VAT, a w drugim wierszu podania cen uwzględniających podstawową stawkę podatku VAT oraz wskazania nazwy elementu, którego to dotyczy– patrz przykład.

Przykład

Lp	Nazwa asortymentu	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent, typ/model, rok produkcji
1	Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości FULL HD *	zestaw	1	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
2	Głowica kamery 2D FULL HD z funkcją obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG *	szt.	1	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
3	Źródło światła LED *	zestaw	1	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
4	Monitor operacyjny LCD *	szt.	2	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
	przewód koncentryczny do podłączenia monitora			00000.00	00000.00	23%	00000.00	00000.00
5	Insuflator CO2 z podgrzewaniem *	zestaw	1	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
6	Pompa do laparoskopii *	zestaw	1	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
7	Wózek aparaturowy *	zestaw czy szt.	1	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
8	Rektoskop operacyjny *	szt.	1	00000.00	00000.00	8%	00000.00	00000.00
				Razem:	00000.00		00000.00	

Zapytanie nr 5

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

„ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- opóźnienia w realizacji zamówienia, w wyznaczonym w § 3 ust. 1 terminie – w wysokości **0,5%** ceny brutto **opóźnionej w realizacji części zamówienia**, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji części zamówienia**;
- opóźnienia w podjęciu naprawy sprzętu w terminie wskazanym w § 3 ust. 4, w wysokości 100,00 zł brutto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie**;
- niezapewnienia w pełni sprawnego sprzętu (...), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu podlegającego wymianie**;

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę (...) w wysokości 10% niezrealizowanej części ceny brutto zamówienia wymienionej w § 4.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów umowy.

Wyznaczony termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, pozostaje bez zmian.

- Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2020 r. do godz. 10:00.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2020 r. o godz. 11:00.
- Wadium w wymaganej kwocie, należy wnieść w terminie wyznaczonym do składania ofert.

Udzielone niniejszym pismem wyjaśnienia i informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ciesielcu
Czesław Płygawko